ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ Ε.ΣΥ.Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ISO/IEC 17025)

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025 παράγραφος 7.8.8.1 σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή, τροποποίηση ή επανέκδοση ενός πιστοποιητικού διακρίβωσης ή έκθεσης δοκιμής, οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και, όπου απαιτείται, ο λόγος της εν λόγω τροποποίησης στην/ο έκθεση/πιστοποιητικό.

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά διακρίβωσης / οι εκθέσεις δοκιμών πρέπει να επανεκδίδονται μόνο για διορθώσεις καθώς και προσθήκη στοιχείων / πληροφοριών που παραλήφθηκαν και ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο διενέργειας της διακρίβωσης / δοκιμής.

Επιπρόσθετα οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή επανέκδοση πιστοποιητικών / εκθέσεων που ζητείται από τον πελάτη δεν πρέπει να επηρεάζει την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων και τυχόν τροποποιήσεις στα αναφερόμενα αποτελέσματα για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο που ελέγχθηκε/ διακριβώθηκε. Για παράδειγμα δεν είναι αποδεκτό να προστεθούν/αλλάξουν δεδομένα εάν δεν σχετίζονται με το αντικείμενο/δοκίμιο/εξοπλισμό που αναφέρεται στην αρχική έκθεση.

Δρ. Ι. Σιταράς

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων Ε.ΣΥ.Δ.

Αικ. Μπουραντά

Προϊσταμένη Τμήματος Εργαστηρίων Διακριβώσεων και Λοιπών Μετρολογικών Υπηρεσιών

Μ. Παπατζίκου

Διευθύντρια Ποιότητας Ε.ΣΥ.Δ.