Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/5 του Πιστοποιητικού Αρ. **835**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

της

LOGICOM A.E.B.E

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	**Περιοχή Μέτρησης**	**Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)***	**Παρατηρήσεις**
Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές καυσίμων	0,5 m^3 έως 200 m^3	0,06 %	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων σύμφωνα με την οδηγία EURAMET cg-21, v3.0: 2024 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου.

* *Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95 %) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **Λ. Μαραθώνος 109, 153 44 Γέρακας**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ν. Τσακίρης**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 09.09.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **835**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 27.09.2029.

Αθήνα, 21.03.2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.