Παράρτημα G1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. **956**-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

AFFIDEA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Α. Ε.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XN-530***
	1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	3. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Φωτομετρική Μέτρηση ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	4. Αιματοκρίτης (HCT)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH)	Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)	Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 3/20.5.26
	8. Αιμοπετάλια (PLTs)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Αρτέμιδος 117, Καλαμάτα.**

Σημειο λήψης πρωτογενούς δείγματος: Αρτέμιδος 117, Καλαμάτα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Διονύσιος Φλεβοτόμος**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 08.07.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **956**-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022 ισχύει μέχρι την **14.12.2026**.

Αθήνα, 31η Αυγούστου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.