ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παράρτημα F2/11 του Πιστοποιητικού Αρ. **972**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων
Measurement Technology O.E. - Expertech

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	**Περιοχή Μέτρησης**	**Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)***	**Παρατηρήσεις**
Μετρήσεις όγκου			
Μεταλλικές σταθερές δεξαμενές: - Καυσίμων - Αλκοολούχων ποτών	[0,1 m^3 έως 0,5 m^3)	0,17 %	Πλήρωση δεξαμενής με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με ISO 4269:2001 Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου.
Μεταλλικές μεταφερόμενες δεξαμενές	[0,5 m^3 έως 400 m^3]	0,10 %	
Δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων	0,5 m^3 έως 50 m^3	0,10 %	Πλήρωση δεξαμενής με χρήση μετρητή ροής σύμφωνα με: - ISO 4269:2001 - OIML R80-2:2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου.

** Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%), συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Όλες οι αβεβαιότητες αναφέρονται στον ονομαστικό όγκο της δεξαμενής.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος & Αργοναυτών, 15351 Παλλήνη.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ν. Λαμπής, Σ. Σμυρνιός**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17.04.2025.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**972**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 01.04.2028.

Αθήνα, 28.09.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.