Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. **196**-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών – Διακριβώσεων

της

‘Υπηρεσίες Διακριβώσεων & Ποιότητας Α.Ε. – CQS’

για τη διενέργεια δοκιμών

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Δοκιμές επίδοσης φασματοφωτομέτρων		
Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV – Vis)	Ορθότητα και πιστότητα μήκους κύματος στην περιοχή 235 nm έως 875 nm	ASTM E 275-08(2022) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου
	Παράσιτη ακτινοβολίας στα μήκη κύματος 261 nm και 350 nm	ASTM E 387-04(2022) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου
	Γραμμικότητα απόκρισης ανιχνευτή στην περιοχή 235 nm έως 350 nm	ASTM E 275-08(2022) Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου
	Διαχωριστική ικανότητα (A269/A266)	European Pharmacopoeia 12.0, 2.2.25 Absorption Spectrophotometry, Ultraviolet and Visible Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Αγ. Τριάδος 44, Πεύκα, 57010 Θεσσαλονίκη**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Α. Κουγιουμτζίδης, Χ. Βρατμήρας**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **196**-8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει έως την 22.03.2030.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2025

Κ

ωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.