Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/8 του Πιστοποιητικού Αρ. **1002**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις όγκου			
Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές	1 m^3 έως 100 m^3	0,1 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου Ακολουθούμενη οδηγία : EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται-επιτόπου.
Μεταλλικές δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων	0,5 m^3 έως 40 m^3	0,08 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Ακολουθούμενες οδηγίες : EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) OIML R 80-2: 2017, Annex B Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου.

** Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **4ο χλμ Ε.Ο. Βόλου - Λάρισας, 38 500 Βόλος**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Λ. Σκοπελίτης, Ν. Σκοπελίτης**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17.06.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1002**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 04.10.2028.

Αθήνα, 02.09.2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.