Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/7 του Πιστοποιητικού Αρ.**1026**-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

AFFIDEA ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XN-530**
	1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	3. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Φωτομετρική Μέτρηση ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	4. Αιματοκρίτης (HCT)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH)	Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)	Υπολογιστική μέθοδος ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16
	8. Αιμοπετάλια (PLTs)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας) ΟΕ 504-11, Έκδοση 2/14.7.16

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

***IFCC: International Federation of Clinical Chemistry*

****DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Μ. Δήμτσα 21, Κοζάνη**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Χαράλαμπος Ραφαηλίδης**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 2.05.2024

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1026**-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 03.03.2029

Αθήνα, 26.04.2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.