Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/XVI8 του Πιστοποιητικού Αρ. **142**-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Ξάνθης

της

Χημικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης

του

Γενικού Χημείου του Κράτους

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ	1.Προσδιορισμός αζώτου (απόσταξη Kjeldahl) α) Αμμωνιακό άζωτο β) Νιτρικό άζωτο και ολικό αμμωνιακό και νιτρικό άζωτο γ) Άζωτο ουρίας και ολικό αμμωνιακό και ουρικό άζωτο	*Κωδικός Μέθοδου: 31 58 ΑΖΩΤ* ΕΛΟΤ ΕΝ 15475:2009 ΕΛΟΤ ΕΝ 15476:2009 ΕΛΟΤ ΕΝ 15604:2009
	2. Προσδιορισμός φωσφόρου (σταθμικός) α) Υδατοδιαλυτός φώσφορος β) Φώσφορος διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο γ) Φώσφορος διαλυτός σε ανόργανα οξέα	*Κωδικός Μεθόδου :31 58 ΦΩΣΦ* ΕΛΟΤ ΕΝ 15958:2012&15959:2024 ΕΛΟΤ ΕΝ 15957:2011&15959:2024 ΕΛΟΤ ΕΝ 15956:2011 & 15959:2024
	3. Προσδιορισμός υδατοδιαλυτού καλίου (σταθμικά)	*Κωδικός μεθόδου :31 58 ΚΑΛ* ΕΛΟΤ ΕΝ 15477:2009
	4. Σταθμικός προσδιορισμός του ολικού και υδατοδιαλυτού θείου που βρίσκεται σε μορφή θειικών ιόντων	31 58 Θ 01 ΕΝ 15960:2012 ΕΝ 15961:2017 ΕΝ 15749:2023 (Α Μέθοδος Σταθμική)
	5. Προσδιορισμός του χλωρίου σε λιπάσματα και προϊόντα λίπανσης με ποτενσιομετρική τιτλομετρία	31 58 ΧΛ 01 Ποτενσιομετρικά (CEN/TS 17758:2023

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Μεσολογγίου 13, 67132, Ξάνθη.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Αικ. Παπαδοπούλου, Θ. Παπαδόπουλος, Α. Σακαλής.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το προηγούμενο με ημερομηνία 02.05.2024
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **142**-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 06.11.2028.

Αθήνα, 31.10.2024

Κωσταντίνος Κούρταλης

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.