ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παράρτημα G1/7 του Πιστοποιητικού Αρ. **1038**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

AFFIDEA Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και Πολυϊατρεία Ιατρική Μονοπρόσωπη Α.Ε.
(AFFIDEA ΔΑΦΝΗΣ)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής SYSMEX XN-530*** **ΟΕ 504-11_ 3/20.5.2026**
	1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
	2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας)
	3. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Φωτομετρική Μέτρηση
	4. Αιματοκρίτης (HCT)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας)
	5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Υπολογιστικά (Μέθ. Αγωγιμότητας)
	6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH)	Υπολογιστική μέθοδος
	7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)	Υπολογιστική μέθοδος
	8. Αιμοπετάλια (PLTs)	DC Υδροδυναμική εστίαση (Μέθ. Αγωγιμότητας)

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 226, Αγ. Δημήτριος Αττικής.**
Σημείο λήψης πρωτογενούς δείγματος: **Λεωφόρος Βουλιαγμένης 226, Αγ. Δημήτριος Αττικής.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Θεοδώρα Πανουκλιά.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.07.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1038**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την **08.05.2029**.

Αθήνα, 31η Αυγούστου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.