Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/11 του Πιστοποιητικού Αρ. **931**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών

της

ΕΡΓΟΤΕΚ ΤΕΡΤΣΗΣ Α.Ε

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Όγκος υγρού / Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές	0,3 m^3 έως 0,5 m^3	0,07% επί του ονομαστικού όγκου	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων. Μέσο διακρίβωσης: νερό. Ακολουθούμενο πρότυπο: EURAMET/cg-21/v.01: 2013 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου.
	0,5 m^3 έως 100 m^3	0,04% επί του ονομαστικού όγκου	
Όγκος υγρού / Δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων	0,5 m^3 έως 10 m^3	0,04% επί του ονομαστικού όγκου	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικών δοχείων. Μέσο διακρίβωσης: νερό. Ακολουθούμενα πρότυπα : EURAMET/cg-21/v.01: 2013 OIML R80-2: 2017, Annex B Η διακρίβωση εκτελείται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου.

***** *Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%), συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση Μονίμων Εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, Τ.Κ 45500 Ιωάννινα**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Β.Ράκας**
Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.07.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**931**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.10.2027.

Αθήνα, 21.07.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.