Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/1 του Πιστοποιητικού Αρ. **1051**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ειδικών Αερίων

της

ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

για τη διενέργεια διακριβώσεων

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης	**Περιοχή Μέτρησης**		**Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)**	**Παρατηρήσεις**
Χημικές Δοκιμές				
Αέρια Μείγματα (CO , CO_2, C_3H_8) Προσδιορισμός σύστασης αερίων μιγμάτων σε φιάλες αερίων	γραμμομοριακό κλάσμα %mol/mol		σχετική αβεβαιότητα	Εσωτερική μέθοδος με Αέρια Χρωματογραφία GC/TCD/FID Κωδικός μεθόδου ΟΕ 504Α-1
	Μονοξείδιο του Άνθρακα	[$1*10^{-4}$-20]	3,0%	
	Προπάνιο	[$1,3*10^{-4}$-3]	3,0%	
	Διοξείδιο του Άνθρακα	[$1*10^{-4}$-20]	3,0%	

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Μάνδρα , Θέση Τρύπιο Λιθάρι, Αττική.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Γ. Κάρλος**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1050**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι τις 18.07.2020.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Ιωάννης Σιταράς
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων