Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ. **683**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου

του

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης και ολικών στερεών άνευ λίπους	Μ-16, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – InfraredSpectrometry (ΤΕΧΝΙΚΗFTIR) (MILKOSCANFT+), βασισμένη στο ISO 9622:2013 /IDF 141: 2013 Προσδιορισμός Ολικών Στερεών και Ολικών Στερεών Άνευ Λίπους Υπολογιστικά
Νωπό αγελαδινό γάλα	Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων	Μ-07, Φθορισμο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (Fossomatic FC), ISO 13366-2 | IDF 148-2 : 2006
Φυσικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Μ-18 Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ – κρυοσκοπίου (C1A-GERBER INSTRUMENTS)ISO 5764 | IDF 108: 2009

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μικροβιολογικές Δοκιμές		
	Απαρίθμηση μικροβίων	Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, BactoscanFC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187|IDF 196: 2021, ISO 16140-2: 2016 ISO 16297:2020

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ανωγείων 7, Μυσσίρια Ρεθύμνου, Ρέθυμνο.** Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Αντωνία Παπαδάκη, Βασίλειος Γιατάκης.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.09.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **683**-4 ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝΙSO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 03.04.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος-Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.