Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/16 του Πιστοποιητικού Αρ. **263**-8

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων

της

LINK LAB ΕΠΕ

για τη διενέργεια δοκιμών

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Φασματοφωτομετρικές δοκιμές		
Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός	Μήκος κύματος (230 nm…650 nm)	ASTM E 275-08 (2022)
	Παράσιτη ακτινοβολία (σε 220 nm)	European pharmacopoeia Edition 10 2019, 2.2.25. Absorption Spectrophotometry Ultraviolet and Visible
	Διαχωριστική ικανότητα (A269/A266)	

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Κρυστάλλη 4 και Λεωφ. Λαυρίου 91, 15354 Γλυκά νερά.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Θεοδόσης Παπαθέου , Κυριάκος Κοκκώνης.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 24.08.2022.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **263**-8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 12.03.2027.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.