Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ.**680**-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας

του

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών.	Μ-19, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – Infrared Spectrometry (ΤΕΧΝΙΚΗ FTIR) (MILKOSCAN 7 RM), βασισμένη στο ISO 9622:2013 /IDF 141: 2013 Προσδιορισμός Ολικών Στερεών Υπολογιστικά
Νωπό αγελαδινό γάλα	Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων	Μ-07, Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (FossomaticFC), ISO 13366-2:2006 | IDF 148-2 : 2006
Φυσικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Μ-18, Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ- κρυοσκοπίου (C1A-GERBER INSTRUMENTS), ISO 5764:2009 / IDF 108:2009.
Μικροβιολογικές Δοκιμές		

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Νωπό γάλα	Απαρίθμηση μικροβίων	Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, BactoscanFC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187-2021, IDF 196:2021, ISO16140-2: 2016 ISO 16297:2020
Νωπό γάλα	Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών, [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin, cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine, sulfa-methoxy-pyridazine), τετρακυκλινών (tetracycline, oxytetracycline, chlorotetracycline, doxycycline), μακρολιδών (tylosin), αμινογλυκοσιδών (neomycin), rifaximin, lincomycin	Μ-21 Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή ECLIPSE 4G -

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Κοζάνης 106 & Μειλίχου, 26443, Άνω Συχαινά, Πάτρα** Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ελένη Κωνσταντίνου.**
Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.11.2022.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**680**-6,κατά ΕΛΟΤ ΕΝΙSO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 31.07.2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος -Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.