Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ.**681**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας

του

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών.	Μ-16, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – Infrared Spectrometry (Τεχνική FTIR) (MILKOSCAN FT+), βασισμένη στο ISO 9622:2013 / IDF 141: 2013 Προσδιορισμός ολικών στερεών υπολογιστικά
Νωπό αγελαδινό γάλα	Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων	Μ-07, Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (Fossomatic FC), ISO 13366-2:2006 / IDF 148-2:2006
Φυσικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Μ-18, Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ- κρυοσκοπίου (CIA), ISO 5764:2009 / IDF 108:2009.
Μικροβιολογικές Δοκιμές		

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών, [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin, cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine, sulfa-methoxy-pyridazine), τετρακυκλινών (tetracycline, oxytetracycline, chlorotetracycline, doxycycline), μακρολιδών (tylosin), αμινογλυκοσιδών (neomycin), rifaximin, lincomycin	Μ-21, Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή ECLIPSE 4G -
	Απαρίθμηση μικροβίων	Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, Bactoscan FC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187:2021/ IDF 196:2021, ISO 16140-2:2016, ISO 16297:2020

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Τέρμα Αγίου Κωνσταντίνου, Προάστιο Δράμας.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Χριστίνα Τοπαλίδου, Αγάπη Παντελίδου.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.02.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**681**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 01.08.2025

.

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.