Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ.**682**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας

του

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός λίπους, πρωτεϊνης, λακτόζης και ολικών στερεών.	Μ-16, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – InfraredSpectrometry (ΤΕΧΝΙΚΗFTIR) (MILKOSCANFT+), βασισμένη στο ISO 9622:2013 /IDF 141: 2013 Προσδιορισμός Ολικών Στερεών Υπολογιστικά
Νωπό αγελαδινό γάλα	Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων	Μ-07, Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (FossomaticFC), ISO 13366-2:2006 | IDF 148-2 : 2006
Φυσικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Μ-18, Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ- κρυοσκοπίου (C1A), ISO 5764:2009 / IDF 108:2009.

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μικροβιολογικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Απαρίθμηση μικροβίων	Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, BactoscanFC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187-2021, IDF 196:2021, ISO16140-2: 2016 ISO 16297:2020

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 5ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας-Τρικάλων, Λάρισα.**Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ευθυμία Θεοδωρίδου.**
Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.11.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**682**-5,κατά ΕΛΟΤ ΕΝΙSO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι την 12.05.2027.

Αθήνα, 03.04.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος -Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.