Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/10 του Πιστοποιητικού Αρ. **458**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών

της

Σχολής Χημικών Μηχανικών

του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Φυσικοχημικές Δοκιμές		
Υγρά Καύσιμα (μη πτητικά)	Προσδιορισμός Ανωτέρας και Κατωτέρας θερμογόνου δύναμης	Μέθοδος Θερμιδόμετρου οβίδας, ASTM D240-19
Υγρά Καύσιμα	Προσδιορισμός άνθρακα και υδρογόνου	Μέθοδος προσδιορισμού C,H με ενόργανη ανάλυση, ASTM D 5291-21 ΜΕΘΟΔΟΣ D

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνούπολη, Ζωγράφου Αττικής.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Φανούριος Ζαννίκος, Δημήτριος Καρώνης.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.10.2021.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **458**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 19.10.2024.

Αθήνα, 14.02.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.