Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. **1141**-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 22 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής SIEMENS ATTELLICA C1* E.410-1/3/14.07.2025**
	1. Γλυκόζη	Χρωματομετρική Εξοκινάση
	2. Ουρία	Χρωματομετρική Ουρεάση
	3. Κρεατινίνη	Χρωματομετρική Κινητική Jaffe
	4. Ουρικό οξύ	Χρωματομετρική Ουρικάση
	5. Νάτριο	Έμμεση Ποτενσιομετρία
	6. Κάλιο	Έμμεση Ποτενσιομετρία
	7. Ασβέστιο	Χρωματομετρική OCPC
	8. Ολικές πρωτεΐνες	Χρωματομετρική (διουρίας)
	9. Αλβουμίνη	Χρωματομετρική Βρωμοκρεσόλης
	10. Ολική χολερυθρίνη	DPD
	11. Άμεσος χολερυθρίνη	DPD
	12. ALT	IFCC/Μεφωσφορική πυριδοξάλη
	13. AST	IFCC/Μεφωσφορική πυριδοξάλη
	14. ALP	IFCC
	15. γ-GT	IFCC
	16. LDH→L	IFCC
	17. CK	IFCC
	18. Αμυλάση	IFCC
	19. Χοληστερόλη	Ενζυμική
	20. HDL	Ενζυμική

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	21. Τριγλυκερίδια	Ενζυμική (GPO-POD)
	22. Σίδηρος	Ferene complex
Ανοσοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 11 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής SIEMENS ATTELLICA C1*** **E.410-1/3/14.07.2025**
	1. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)	Χημειοφωταύγεια
	2. Ολική Τριιωδοθυρονίνη (T3)	Χημειοφωταύγεια
	3. Ολική Θυροξίνη (T4)	Χημειοφωταύγεια
	4. Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη FT3	Χημειοφωταύγεια
	5. Ελεύθερη θυροξίνη (FT4)	Χημειοφωταύγεια
	6. β-ΧοριακήΓοναδοτροφίνη (b-ThCG)	Χημειοφωταύγεια
	7. Προστατικό Αντιγόνο (PSA)	Χημειοφωταύγεια
	8. Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)	Χημειοφωταύγεια
	9. Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)	Χημειοφωταύγεια
	10. Προλακτίνη (PRL)	Χημειοφωταύγεια
	11. Οιστραδιόλη (E2)	Χημειοφωταύγεια
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 10 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής ADVIA 2120 SIEMENS*** **E.410-1/3/14.07.2025**
	1. Αιματοκρίτης (HCT)	Υπολογιστικά
	2. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Φωτομετρκή μέτρηση
	3. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Κυτταρομετρία ροής
	4. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	Κυτταρομετρία ροής
	5. Αιμοπετάλια (PLTs)	Κυτταρομετρία ροής
	6. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Κυτταρομετρία ροής
	7. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό (MCH)	Υπολογιστικά
	8. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) έμμεσα	Υπολογιστικά
	9. Εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων (RDW)	Υπολογιστικά
	10. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)	Υπολογιστικά

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Αρεταίου 22 και Πανόρμου, 11522, Αθήνα.**

Σημείο λήψης Πρωτογενούς δείγματος: **Αρεταίου 22 και Πανόρμου, 11522, Αθήνα.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Παναγιώτης Αποστολακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιαρτάς.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 21.09.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1141-**2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι **02.10.2027**.

Αθήνα, 31η Ιουλίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.