Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ.**646**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

«Πρότυπο Χημικό Εργαστήριο Βόρειας Ελλάδας»

της

ΔΕΗ Α.Ε.

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Στερεά ορυκτά καύσιμα	Άμεση ανάλυση / Ενόργανος προσδιορισμός υγρασίας, τέφρας και πτητικών	ASTM D 7582-2015 Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke by Macro Thermogravimetric Analysis
	Θερμογόνος Δύναμη / Προσδιορισμός Ανώτερης και υπολογισμός Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης με ισοπεριβολικό ή άδιαβατικό θερμιδόμετρο	ASTM D 5865-2019 Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke
	Στοιχειακή ανάλυση / Ενόργανος προσδιορισμός Άνθρακα, Υδρογόνου και Αζώτου	ASTM D 5373 -2021 Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Laboratory Samples of Coal
Στερεά ορυκτά καύσιμα	Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε θείο.	ASTM D4239-2018e1 Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion DIN 51724-3/12 Solid mineral fuels - Determination of sulfur content - Part 3: Instrumental methods

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, ΠΧΕ.ΒΕ, ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, ΤΚ 50200.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Χριστίνα Χατζηφώτη, Ανδρεάνα Σιακαβάρα**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23.12.2021.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**646**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 17.12.2025.

Αθήνα, 06.07.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.