Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/4 του Πιστοποιητικού Αρ. **1258**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

της

KAISIS OIL GROUP A.E (NICK TRANS A.E.)

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	**Περιοχή Μέτρησης**	**Διευρυμένη Αβεβαιότητα Μέτρησης (k=2)***	**Παρατηρήσεις**
Μετρήσεις όγκου			
Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές	1 m^3 έως 200 m^3 (μέγιστο ύψος δεξαμενής 3 m)	0,12 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Διακρίβωση σύμφωνα με την : EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται-επιτόπου.
Μεταλλικές δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων	0,5 m^3 έως 40 m^3	0,12 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Διακρίβωση σύμφωνα με τις : EURAMET cg-21 Version 2.1 (09/2021) OIML R 80-2: 2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου.

** Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης - Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μόνιμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **Προέκταση Στρ. Μακρυγιάννη, 56200, Θεσσαλονίκη.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Δημήτρης Πολυχρονάκος, Χρήστος Ζηκίδης.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2025 .
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1258,** κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 07.10.2025, σύμφωνα με απόφαση Ε.ΣΥ.Δ..

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.