# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/B11 του Πιστοποιητικού Αρ. **356-**8

# ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

## ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

## Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε.

## ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| Βιοχημικές Δοκιμές | | |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός ~~41~~ 42 παραμέτρων** | **Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ALINITY c Ac04145 Ac04146 Ac04014 Ac04144**<br><br>ΜΑ-001-1 Α.6 28-11-2024 |
| | 1. Γλυκόζη | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 2. Τριγλυκερίδια | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 3. Ολική χοληστερόλη | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 4. Ουρικό οξύ | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 5. Ουρία | Ενζυμική Κινητική |
| | 6.Κρεατινίνη | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 7. Ολική χολερυθρίνη | Χρωματομετρική |
| | 8. Ασβέστιο | Χρωματομετρική |
| | 9. Φώσφορος | Χρωματομετρική |
| | 10. Σίδηρος | Χρωματομετρική |
| | 11. Ολικά λευκώματα | Χρωματομετρική |
| | 12. Αλβουμίνη | Χρωματομετρική |
| | 13. Κάλιο | Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
| | 14. Νάτριο | Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
| | 15. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT) | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 16. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT) | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 17. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT) | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 18. Αλκαλική φωσφατάση (ALP) | Χρωματομετρική |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| Ορός αίματος (συνέχεια) | 19. Κρεατινική κινάση (CK) | Κινητική |
| | 20. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Κινητική |
| | 21. Αμυλάση | Ενζυμική φωτομετρική |
| | 22. Τρανσφερρίνη (Σιδηροφυλλίνη TRF) | Ανοσοθολοσιμετρική |
| | 23.Μαγνήσιο | Ενζυμική |
| | 24.Χλωριούχα | Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE) |
| | 25.Χοληστερόλη HDL | Ενζυμική χρωματομετρική |
| | 26.Χολερυθρίνη Άμεση | Χρωματομετρική |
| | 27. C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 28. Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαρίνης IgA, | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 29. Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαρίνης IgG, | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 30.Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαρίνης IgM | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 31. Συμπλήρωμα πρωτεΐνης C3 | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 32. Συμπλήρωμα πρωτεΐνης C4 | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 33. Ρευματοειδής Παράγων RA Test | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 34.Ψευδοχολινεστεράση | Χρωματομετρική |
| | 35.Χοληστερόλη LDL | Ενζυμική χρωματομετρική |
| | 36.Χοληστερόλη VLDL | Υπολογιστική Μέθοδος |
| | 37.Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα (TIBC) | Χρωματομετρική |
| | 38. Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO A1) | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 39. Απολιποπρωτεΐνη B (APO B) | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 40. Λιποπρωτεΐνη α (Lp a) | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 41. B2 Μικροσφαιρίνη Νέα Δοκιμή | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| | 42. *Ανοσοσφαιρίνη E (IgE)* Νέα Δοκιμή | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| Ορός Αίματος | **Προσδιορισμός 4 παραμέτρων** | Αυτόματος αναλυτής cobas e 801 ROCHE SN: 18L7-10 |
| | 1. Τροπονίνη Τ Υψηλής Ευαισθησίας (hs-TROPONIN-T) Νέα Δοκιμή | ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟ- ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ECLIA) |
| | **2.** Καλσιτονίνη (CT) Νέα Δοκιμή | |
| | **3.** PAPP-A Νέα Δοκιμή | |
| | **4.** FBHGG Νέα Δοκιμή | |
| Πλάσμα Αίματος | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | Αυτόματος αναλυτής Maglumi X3 SNIBE SN: 0101010034012300847 |
| | 1. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) Νέα Δοκιμή | ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (CLIA) |
| Ορός Αίματος | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | Αυτόματος αναλυτής Maglumi X3 SNIBE SN: 0101010034012300847 |
| | 1. 17-Υδροξυπρογεστερόνη (17-OH PRG) Νέα Δοκιμή | ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (CLIA) |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| Ορός αίματος (συνέχεια) | **Παρακολούθηση επιπέδων 5 θεραπευτικών φαρμάκων** | **Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ALINITY c Ac04145 Ac04146 Ac004014 Ac04144**<br><br>MA-001-1/A.5/28-09-2022 MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 1. Διγοξίνη | Ανοσοενζυμική |
| | 2. Καρβαμαζεπίνη | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) |
| | 3. Βαλπροϊκό Οξύ | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) |
| | 4. Φαινυτοϊνη | Ανοσοενζυμική |
| | 5. Φαινοβαρβιτάλη | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) |
| Ούρα | Προσδιορισμός 9 παραμέτρων | Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ALINITY c Ac04145 Ac04146 Ac04014 Ac04144 |
| | 1.Επίπεδα Αμφεταμινών | Ανοσοενζυμική<br><br>MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 2.Επίπεδα Βαρβιτουρικών | |
| | 3.Επίπεδα Βενζοδιαζεπινών | |
| | 4.Επίπεδα Κανναβινοειδών ούρων | |
| | 5.Επίπεδα Κοκαΐνης | |
| | 6.Μεθαδόνη Ούρων | |
| | 7.Επίπεδα Οπιούχων | |
| | 8.Επίπεδα Phencyclidine | |
| | 9.Επίπεδα Προποξυφαίνης | |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός 2 παραμέτρων** | **Αναλυτής ηλεκτρολυτών AVL 9180**<br><br>MA-001-1/A.5/28-09-2022 MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 1. Λίθιο | Άμεση ποτενσιομετρία |
| | 2. Ιονισμένο Ασβέστιο | Άμεση ποτενσιομετρία |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Ηλεκτροφόρηση Capillary 2 FlexPiercing Sebia** SN: 96561<br><br>MA-004-1/A.2/19-09-2022 MA-004-1/ A.3 / 28-11-2024 |
| | 1. Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων Ορού Αίματος<br>(1) Α1 Σφαιρίνη<br>(2) Α2 Σφαιρίνη<br>(3) Β Σφαιρίνη<br>(4) Γ Σφαιρίνη<br>(5) Αλβουμίνη | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση |
| Αιματολογικές Δοκιμές | | |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| Ολικό αίμα (EDTA) | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ALINITY c Ac04145 Ac04146 Ac004014 Ac04144**<br><br>ΜΑ-001-1/Α.5/28-09-2022 ΜΑ-001-1 Α.6 28-11-2024 |
| | 1. Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c ( $HbA_{1C}$ ) | Ενζυμική |
| Ολικό αίμα (EDTA) | **Προσδιορισμός 8 παραμέτρων** | **Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές Alinity HQ00349, Alinity HQ00883, Alinity HQ00682, Alinity HQ00691**<br><br>ΜΑ-006-1/ Β.0 / 28-11-2024 |
| | 1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός και φθορισμού (με λέιζερ) |
| | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός (με λέιζερ) |
| | 3. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φασματοφωτομετρία απορρόφησης |
| | 4. Αιματοκρίτης (HCT) | Υπολογιστικά |
| | 5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός (με λέιζερ) |
| | 6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH) | Υπολογιστικά |
| | 7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC) | Υπολογιστικά |
| | 8. Αιμοπετάλια (PLTs) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός (με λέιζερ) |
| Ολικό αίμα (EDTA) | **Λευκοκυτταρικός Τύπος Προσδιορισμός 5 παραμέτρων** | **Αυτόματοι αναλυτές Alinity HQ00349, Alinity HQ 00883 Alinity HQ00682, Alinity HQ00691**<br><br>ΜΑ-006-1/Α.9/03-04-2023 ΜΑ-006-1/ Β.0 / 28-11-2024 |
| | 1.Ουδετερόφιλα (αριθμός και %) | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός και φθορισμού (με λέιζερ) |
| | 2.Λεμφοκύτταρα (αριθμός και %) | |
| | 3.Μονοπύρηνα (αριθμός και %) | |
| | 4.Ηωσινόφιλα (αριθμός και %) | |
| | 5.Βασεόφιλα (αριθμός και %) | |
| Ολικό αίμα (EDTA) | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Αυτόματοι αιματολογικοί αναλυτές Alinity HQ00349, Alinity HQ00883 Alinity HQ00682, Alinity HQ00691,**<br><br>ΜΑ-006-1/Α.9/03-04-2023 ΜΑ-006-1/ Β.0 / 28-11-2024 |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| | 1.Δικτυοερυθροκύτταρα | Κυτταρομετρία ροής σκέδασης φωτός και φθορισμού (με λέιζερ) |
| Εξετάσεις Πήξης | | |
| Πλάσμα Αίματος (Citrate) | **Προσδιορισμός 4 παραμέτρων** | **Αυτόματοι αναλυτές STAGO Compact MAX3 SN 0000007041, STAGO Compact MAX3 SN 0000007042** MA-007-1/A.4/ 07-02-2025 |
| | 1. Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT) | Πηκτικολογική Μέθοδος |
| | 2. Ινωδογόνο (Fibrinogen) | Πηκτικολογική Μέθοδος |
| | 3. Χρόνος Προθρομβίνης Πλάσματος (PT-INR) | Πηκτικολογική Μέθοδος |
| | 4. Δ-Διμερή (D-Dimer) | Ανοσοθολοσιμετρική μέθοδος |
| Ανοσοχημικές Δοκιμές | | |
| | | |
| Πλάσμα Αίματος | 17. Παραθορμόνη (PTH) | **Αυτόματοι αναλυτές ALINITY i Ai21747 Ai21748 Ai21750 Ai21760, (ΣΥΣΤΗΜΑ 3-4) ABBOTT,** MA-001-1/A.5/28-09-2022 MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός ~~38~~ 34 παραμέτρων** | **Αυτόματοι αναλυτές ALINITY i Ai21747 Ai21748 Ai21750 Ai21760, (ΣΥΣΤΗΜΑ 3-4) ABBOTT** MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 1. Φερριτίνη | Μικροσωματιδιακή Ανοσοχημική Χημειοφωταύγεια (Chemiluminescent Magnetic Microparticle Immunoassay - CMIA) |
| | 2. Άλφα Φετοπρωτεΐνη (AFP) | |
| | 3. Οιστραδιόλη (E2) | |
| | 4. Τεστοστερόνη | |
| | 5. Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG) | |
| | 6. Κορτιζόλη | |
| | 7. Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειική (DHEA-S) | |
| | 8. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) | |
| | 9. Καρκινικό αντιγόνο CA 125 | |
| | 10. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 | |
| | 11. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 | |
| | 12.Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) | |
| | 13. Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο (Free-PSA) | |
| | 14. Δεσμευτική σφαιρίνη ορμονών φύλου (SHBG) | |
| | 15. Βιταμίνη B12 | |
| | 16. Φυλλικό οξύ | |
| | 17. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) | |
| | 18. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4) | |
| | 19. Ολική Θυροξίνη (T4) | |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| | 20. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3) | |
| | 21. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3) | |
| | 22. Προλακτίνη (PRL) | |
| | 23. Προγεστερόνη (PRG) | |
| | 24. Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) | |
| | 25. Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH) | |
| | 26. Ινσουλίνη | |
| | 27. Θυρεοσφαιρίνη (Tg) | |
| | 28. C-Πεπτίδιο | |
| | 29.Anti-TPO | |
| | 30.Αντιθυρεοσφαιρινικά Αντισώματα (Anti-Tg) | |
| | 31.25 OH Βιταμίνη D3 (Ολική) | |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός 3 2 παραμέτρων** | **Αυτόματος αναλυτής-Liaison XL Diasorin 01 &- 02, 2210004212**<br><br>MA-001-1/A.5/28-09-2022 MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 1. Αντισώματα EBSTEIN BAR IGG | |
| | 2. Αντισώματα EBSTEIN BAR IGM | |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Immulite 2000 XTi, Siemens, SN: B0175**<br><br>MA-001-1/A.5/28-09-2022 MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 1. Ανδροστενεδιόνη ( Δ4) | Χημειοφωταύγεια |
| Ανοσολογικές Δοκιμές | | |
| Ορός αίματος | **Προσδιορισμός 13 παραμέτρων** | **Automated analyzer Alinity i -1Abbott,** Ai01529, Ai02143<br><br>MA-001-1/A.5/28-09-2022 MA-001-1 A.6 28-11-2024 |
| | 1.Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG) | Chemiluminescense microparticles immunoassay (CMIA) |
| | 2.Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM) | |
| | 3.Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgM (Anti-CMV-IgM) | |
| | 4. Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgG (Anti-CMV-IgG) | |
| | 5. Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgM (Rubella IgM Ab) | |
| | 6. Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG Ab) | |
| | 7. Αντιγόνο επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBsAg) | |
| | 8. Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBsAb) | |

| Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| | 9. Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV) | |
| | 10. Ολικά αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας A (Anti- HAV) | |
| | 11. Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV Ag (p24) / HIV 1&2 Ab) | |
| | 12. Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της Ηπατίτιδας B (HBcAb) | |
| | 13.Κρεατινική κινάση - MB (CK-MB mass) Αλλαγή Αναλυτή | |
| | 14.Τροπονίνη I (TROPONIN-I) Νέα Εξέταση | |
| Μικροβιολογικές Δοκιμές | | |
| Ούρα | **Προσδιορισμός 11 παραμέτρων** | **Αυτόματος αναλυτής Sysmex UC 3500 για βιοχημικούς παραμέτρους sn: 14198**<br><br>MA-022-1/A.3/26-04-2023 MA-022-1 / A.4 / 29-11-2024 |
| | 1. Ειδικό βάρος | Διαθλασιμετρία (Ειδικό Βάρος) |
| | 2. Ερυθρά αιμοσφαίρια | Αυτοματοποιημένη Φωτομετρία Ανάκλασης |
| | 3. pH | |
| | 4. Λευκά αιμοσφαίρια/πυοσφαίρια | |
| | 5. Νιτρικά | |
| | 6. Σάκχαρο | |
| | 7. Χολερυθρίνη | |
| | 8. Ουροχολινογόνο | |
| | 9. Λεύκωμα | |
| | 10. Οξόνη | |
| | 11. Αιμοσφαιρίνη | |
| | **Προσδιορισμός 9 παραμέτρων** | **Αυτόματος Αναλυτής Sysmex UF 4000 για μέτρηση ευμόρφων συστατικών**<br>**Οπτικό Μικροσκόπιο OLYMPUS**<br><br>MA-022-1/A.3/26-04-2023 MA-022-1 / A.4 / 29-11-2024 |
| | 1. Επιθηλιακά κύτταρα. | Κυτταρόμετρο ροής και μέθοδος οπτικής μικροσκόπισης. |
| | 2. Πυοσφαίρια | |
| | 3. Ερυθρά | |
| | 4. Μικροοργανισμοί | |
| | 5. Κύλινδροι | |
| | 6. Κρύσταλλοι | |
| | 7. Μύκητες | |

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

***IFCC: International Federation of Clinical Chemistry*

****DGKC:Deutsche Geselschaft fur Klinische Chemie*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Β. Όλγας 154, Περιοχή Μαρτίου, Θεσσαλονίκη.**
**Υποκαταστήματα Ομίλου:**

1. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18-20 55133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ**
2. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ - ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 53-55, 54629 ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ**
3. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ**
4. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 246, 56626 ΝΕΑΠΟΛΗ -ΣΥΚΙΕΣ**
5. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΑΙΑΣ - Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2, 57019 ΠΕΡΑΙΑ**
6. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ**
7. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑΣ**
8. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ**
9. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ**
10. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΜΟΥ**
11. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ.**
12. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ.**
13. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ**
14. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΟΦΟΥΛΗ**
15. **ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **ΓΑΡΓΑΡΈΤΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΟΥΦΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΙΛΑΒΙΔΟΥ ΜΗΔΕΙΑ, ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΚΑΛΗ, ΔΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΤΣΑΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ**

**Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 356-8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, έχει ισχύει μέχρι την 30.05.2028.**

Αθήνα, 29.05.2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
*Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.*