ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ.**924**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών

του

Τμήματος Φυσικής

του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	**Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες**	**Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές**
Ηλεκτρικές δοκιμές		
Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27 MHz – 6 GHz): - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου(E)	Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την ΚΥΑ 22606 (ΦΕΚ 1619/24-3-2026) Εφαρμογή των παραγράφων 1–3, 5, 8–10 και της παραγράφου 4 αποκλειστικά ως προς τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και αναφορές: CEPT ECC/REC/(02)04 ΕΛΟΤ 1422-3 : 2007, (§6) ΕΛΟΤ ΕΝ IEC 62232: 2022 (§6.3, B.4.2.5)
Ελαστικά καλύμματα και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδων	Μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης γείωσης, της ηλεκτρικής επιφανειακής αντίστασης	ΕΛΟΤ ΕΝ 1081 E2:2019 ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998* Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ΕΛΟΤ ΕΝ 61340.04.01:2004 +A1:2015 Η δοκιμή εκτελείται και επί τόπου.

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου:**

- **Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,**
- **ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, Balkan Center, Κτίριο Β, Γραφείο Β.3.3, 10ο χλμ Θεσ/νίκης–Θέρμης, Τ.Κ. 57001**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Θ. Σαμαράς**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 02.04.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **924**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 18.09.2027.

Αθήνα, 29.07.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.