Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. 520-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών

του

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ηλεκτρικές δοκιμές		
Μετρήσεις κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.	Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων: - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (E) (27 MHz – 6 GHz)	Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) § 1-3, § 5-10 και § 4 μόνο τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61566: 1999 (75 MHz – 2 GHz) CEPT ECC / REC / (02) 04 (75 MHz – 18 GHz) ΕΛΟΤ 1422-3: 2007, Κεφ. 6 (75 MHz – 18 GHz)

Τόπος αξιολόγησης: **Έδρα εργαστηρίου: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου Αττικής.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ν. Μωραίτης, Κ. Νικήτα.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 520-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι την 5.03.2030.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.