Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/4 του Πιστοποιητικού Αρ.**1287**-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό Αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής MINDRAY BC 6200 (S/N:TW-3C003540)**
	1. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	SF CUBE CELL ANALYSIS TECHNOLOGY/LASER MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06
	2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	ELECTRICAL IMPENDANCE METHOD MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06
	3. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	COLORIMETRIC METHOD MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06
	4. Αιματοκρίτης (HCT)	CALCULATED FORMULA (RBC x MCV)/10 MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06
	5. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	CALCULATED BASED ON THE RED BLOOD CELL HISTOGRAM MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	6. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH)	CALCULATED FORMULA (HGB/RBC) MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06
	7. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)	CALCULATED FORMULA MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06 (HGB/HCT)x100
	8. Αιμοπετάλια (PLTs)	ELECTRICAL IMPENDANCE METHOD MINDRAY_BC6200_Operator's_Manual_Chapter4_2023-06
Βιοχημικές δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 9 παραμέτρων**	**Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής Alinity c, Abbott * (S/N: Ac02133)**
	1. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Αντίδραση υδρόλυσης παρα-νιτροφαινυλοφωσφορικού άλατος ALKP2_04T83_EL Rev. 2021-09
	2. Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT)	Ενζυμική αντίδραση NADH χωρίς P-5'-P ALT2_04T84_EL _ 2021-07
	3. Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)	Ενζυμική αντίδραση NADH χωρίς P-5'-P AST2_04T86_EL_Rev. 2021-07
	4. Κρεατινίνη (CREAT)	Κινητική αντίδραση πικρικού άλατος σε αλκαλικό περιβάλλον Crea2_04T91_EL_Rev. 2024-06
	5. Σίδηρος (Iron)	FERENE-S Iron2_04T98_EL_Rev. 2022-03
	6. Γλυκόζη (GLU)	Ενζυμική αντίδραση (Εξοκινάση / G-6-PDH) Glu_07P55_EL_Rev. 2022-04
	7. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γGT)	Υπόστρωμα L-γλουταμυλο-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλίδιο) GGT2_04T96_EL Rev. 2022-06
	8. Ουρικό οξύ (UA)	Ενζυμική αντίδραση ουρικάσης

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
		UA_04U09_EL_Rev. 2022-02
	9. Ουρία (Urea)	Ενζυμική αντίδραση ουρεάσης UreaN_08P16_EL_Rev. 2022-04
Ανοσοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 3 παραμέτρων**	**Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής Alinity i, Abbott * (S/N: Ai03346)**
	1. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) TSH_07P48_EL_2024-07
	2. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (Total PSA)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) PSA_07P92_EL_Rev. 2019-05
	3. Φερριτίνη (FER)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA) Fer_07P65_EL_Rev. 2023-07

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε., Γρηγορίου Λαμπράκη 77, 18454, Νίκαια.**

Πρωτογενής δειγματοληψία: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Ιπποκράτης Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική Α.Ε., Γρηγορίου Λαμπράκη 77, 18454, Νίκαια.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Γ. Νάνου, Β. Δημακάκος.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 18.07.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1287**-3, κατά ΕΛ ΟΤ EN ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 01.03.2031.

Αθήνα, 13η Φεβρουαρίου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.