Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παράρτημα F1/19 του Πιστοποιητικού Αρ. **297**-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Χημείου Αγίων Θεοδώρων

της

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)
Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές δοκιμές		
1. Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, βενζίνη αμόλυβδη 100 RON, βενζίνη εξωτερικής αγοράς, JET A-1 JP-8, JP-5, AN-8, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο εφοδιασμού πλοίων, Gas oil εξωτερικής αγοράς, φωτιστικό πετρέλαιο	Προσδιορισμός πυκνότητας προϊόντων πετρελαίου με ψηφιακό πυκνόμετρο. Μέθοδος ταλαντευόμενου σωλήνα σχήματος U	EN ISO 12185:2024 ISO 12185:2024 ASTM D 4052:2022
2. JP-8, JP-5, JET A1, AN-8	Προσδιορισμός σημείου πήξης καυσίμων αεροπορίας	ASTM D 2386-25ae1
3. Πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο εφοδιασμού πλοίων, πετρέλαιο εξωτερικής αγοράς , JP-8, JP-5, AN-8	Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης σε προϊόντα πετρελαίου με τη μέθοδο κλειστού δοχείου Pensky-Martens	EN ISO 2719:2016/A1:2021 ISO 2719:2016/AMD 1:2021 ASTM D 93:2020
4. Καύσιμα αυτοκινήτων	Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε θείο	ISO 20846:2019 Μέθοδος φθορισμού στο υπεριώδες
5. Αέρια Διυλιστηρίου	Προσδιορισμός σύστασης αερίων	UOP*539:2012

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	Διυλιστηρίου με την μέθοδο αέριας χρωματογραφίας	
6. Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, βενζίνη αμόλυβδη 100 RON, βενζίνη εξωτερικής αγοράς.	Προσδιορισμός τάσης ατμών κεκορεσμένου αέρα (ASVP) και της υπολογιζόμενης ισοδύναμης πίεσης ξηρού ατμού (DVPE) σε υγρά προϊόντα πετρελαίου	ΕΛΟΤ EN 13016-1:2024
7. JET A1	Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με την μέθοδο κλειστού δοχείου TAG	ASTM D56-22
8. JP-8 JP-5 JET A1 AN8	Προσδιορισμός της σταθερότητας στη θερμική οξείδωση των αεροπορικών καυσίμων	ASTM D 3241:2026
9. Προϊόντα πετρελαίου	Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης με τη μέθοδο ανοιχτού δοχείου CLEVELAND	ASTM D92-18
10. Πετρέλαιο κίνησης	Προσδιορισμός περιεχόμενου νερού, με την Κουλομετρική μέθοδο Karl Fischer	EN ISO 12937-00

**UOP: Universal Oil Products, Laboratory Test Methods for Petroleum and its Products.*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Α. Αποστολάκης**, **Π. Κοτσόκολος, Μ. Καρυώτη, Ξ. Τζέτζια, Κ. Γονίδης, Ε. Τσαίνης, Ν. Νιθαυριανάκης, Κ. Πορτέλλος, Ι. Λαγκαδινός, Η. Σουκούλης, Μ. Κοντόπουλος, Α. Κατζούκης, Γ. Θεοδωρόπουλος, Σ. Νεοφώτιστος, Θ. Αντωνόπουλος**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 13.06.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 297**-7,** κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 18.09.2031.

Αθήνα, 07.08.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.