Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/4 του Πιστοποιητικού Αρ. **1193**-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Ανοσοαιματολογικού Εργαστηρίου

της

Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας

του

Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσοαιματολογικές Δοκιμές		
1. Συμπυκνωμένα ερυθρά	1. Ομάδα αίματος ABO – RhD (ευθεία)	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.01)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)* Αιμοσυγκόλληση σε στήλες μικροσφαιριδίων/ Αυτόματη μέθοδος Ortho Biovue System *(*Π.15.35)*
	3. Φαινότυπος Rh (C, c, E, e), Kell	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.08)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)*
	4. Φαινότυπος Rh (C, c, E, e), Kell	Αιμοσυγκόλληση σε στήλες μικροσφαιριδίων/ Ortho Biovue System *(*Π.15.10)* Αιμοσυγκόλληση σε στήλες μικροσφαιριδίων/ Αυτόματη μέθοδος Ortho Biovue System *(*Π.15.35)*

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	6. Άμεση Coombs με πολυδύναμο και μονοδύναμους ορούς	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.12)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)* Αιμοσυγκόλληση σε στήλες μικροσφαιριδίων/ Αυτόματη μέθοδος Ortho Biovue System *(*Π.15.35)*
	7. Φαινοτύπηση ερυθρών (ασθενούς-δότη) ως προς k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, Lea, Leb, Lua, Lub, P1, M, N, S, s, Fya, Fyb	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.20/Π.15.21)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)*
2. Ορός ή πλάσμα αίματος (EDTA)	1. Ομάδα αίματος ΑΒΟ (ανάστροφη)	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.02)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)* Αιμοσυγκόλληση σε στήλες μικροσφαιριδίων/ Αυτόματη μέθοδος Ortho Biovue System *(*Π.15.35)*
	3. Έμμεση Coombs για ανίχνευση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.11)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)* Αιμοσυγκόλληση σε στήλες μικροσφαιριδίων/ Αυτόματη μέθοδος Ortho Biovue System *(*Π.15.35)*
	4. Έμμεση Coombs για ταυτοποίηση μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.11)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόμα2τη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)*
	5. Έμμεση Coombs για ορολογική διασταύρωση	Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Diamed ID Micro Typing System *(*Π.15.14)* Αιμοσυγκόλληση σε μικροστήλες γέλης/ Αυτόματη μέθοδος Diamed *(*Π.15.36)*

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις εργαστηρίου: Τιμίου Σταυρού 14 & Νουφάρων, Καλυφτάκι, Νέα Κηφισιά ΤΚ 14564**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:

Ιατροί : Γάφου Ανθίππη, Αργυρού Ασπασία, Μαράκη Χριστίνα
Τεχνολόγοι ΤΕ : Βάκος Φώτης, Καμιτάκη Κωνσταντίνα, Κοκκίνου Μαριάνθη, Κυριακόπουλος Χρήστος, Μαντά Αικατερίνη, Ποδάρας Αντώνιος

Νοσηλευτές ΤΕ : Γεωργοπούλου Μαρία, Κουκά Ευγενία, Νικολοπούλου Σπυριδούλα, Παναγιωτοπούλου Χριστίνα, για όλες τις παραπάνω εξετάσεις εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση η οποία γίνεται από το υπεύθυνο ιατρό.

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 20.05.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1193**-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την **29.01.2029.**

Αθήνα, 31η Ιουλίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.