Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/2 του Πιστοποιητικού Αρ.**1334**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών

της

ΚΙΑΦΑ ΓΡΑΜΟΖ - SOLUTIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	**Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)***	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις όγκου			
Μεταλλικές δεξαμενές με περιεχόμενο: - Καύσιμα - Αλκοολούχα ποτά	0,2 m^3 έως 50 m^3	0,1 % (γέμισμα δεξαμενής) 0,11 % (άδειασμα δεξαμενής) επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου σύμφωνα με: EURAMET cg-21, v.3, 2024 Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου.
Βυτιοφόρα οχήματα	0,2 m^3 έως 20 m^3	0,1 % επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση ογκομετρικού δοχείου σύμφωνα με: - EURAMET cg-21, v.3, 2024 - OIML R80-2:2017, Annex B Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου ύδρευσης. Η διακρίβωση εκτελείται στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ή επί τόπου.

** Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%), συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **Λυκομήδους 5, Παραλία Πατρών, 26333 Πάτρα.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **G. Qafa, Θ. Νικολάου**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2023

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. **1334**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 14.03.2028

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.