Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/3 του Πιστοποιητικού Αρ. **1339**-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

“ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – BIOMETRIKA”

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
1. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 32 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής INTEGRA 400PLUS ROCHE* ΟΔΗΓΙΑ Ε-29 Εκ.1η 03/03/2023**
	1. UREA – ΟΥΡΙΑ	Κινητική δοκιμή με ουρεάση και γλουταμική αφυδρογονάση
	2. CHOL - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ	Χρωματομετρική μέθοδος
	3. CREA - ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	Χρωματομετρική μέθοδος
	4. GLUC - ΣΑΚΧΑΡΟ	Μέθοδος ενζυμικής αναφοράς με εξοκινάση
	5. TRIG - ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ	Χρωματομετρική μέθοδος
	6. HDL - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL	Χρωματομετρική μέθοδος
	7. AST/SGOT - ΟΞΑΛΟΞΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ	χρωματομετρικη μεθοδος βασει ifcc χωρίς 5΄- φωσφορική πυριδοξάλη
	8. ALT/SGPT - ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ	χρωματομετρικη μεθοδος βασει ifcc χωρις 5΄- φωσφορικη πυριδοξαλη
	9. γ-GT – γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛΟΤΡΑΝΦΕΡΑΣΗ	Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος
	10. DBIL - ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ	Διαζωνική μέθοδος
	11. ALB - ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	Χρωματομετρικη ανάλυση με μέθοδο τελικού σημείου
	12. NA – ΝΑΤΡΙΟ	Ποτενσιομετρία
	13. CRP-C ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση ενισχυμένη με χρήση σωματιδίων
	14. LDH – ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ	UV-test (μέθοδος υπεριώδους φωτός)
	15. CPK - ΚΡΕΑΤΙΝΙΚΗ ΚΙΝΑΣΗ	UV-test (μέθοδος υπεριώδους φωτός)
	16. ALP - ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ	Χρωματομετρική μέθοδος (μέτρηση της P-Nitrophenol)
	17. TBIL- ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ	Χρωματομετρική μεθοδος διαζωνιου
	18. AMYL- ΑΜΥΛΑΣΗ	Ενζυμική χρωματομετρική αναλυση βασει IFCC
	19. FE – ΣΙΔΗΡΟΣ	Μέθοδος ferrozine
	20. K – ΚΑΛΙΟ	Ποτενσιομετρια
	21. P – ΦΩΣΦΟΡΟΣ	Μεθοδος τελικού σημείου με μέτρηση τυφλού δείγματος
	22. TP - ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ	Χρωματομετρικη μέθοδος
	23. CA – ΑΣΒΕΣΤΙΟ	Φωτομετρική μέθοδος -5NITRO-5METHYL-BAPTA
	24. MG – ΜΑΓΝΗΣΙΟ	Μέθοδος με χρωματομετρικό τελικό σημείο

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	25. URIC ACID - ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος
	26. CK-MB (activity)	Ενζυμική χρωματομετρική μέθοδος βάσει IFCC
	27. ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ (A/G RATIO)	Υπολογιστική μέθοδος
	28. LDL	Υπολογιστική μέθοδος:
	29. VLDL	Υπολογιστική μέθοδος:
	30. ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ	Υπολογιστική μέθοδος:
	31. ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ	Υπολογιστική μέθοδος
	32. ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ	Υπολογιστική μέθοδος
Ανοσοχημικές Δοκιμές		
2. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 27 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής COBAS E411 ROCHE* ΟΔΗΓΙΑ Ε-29 Εκ.1η 03/03/2023**
	1. TSH - ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ	Ηλεκτροχημειοφωταυγεια (ECLIA)
	2. CEA - ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ	
	3. β-HCG - β ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ	
	4. INS - ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ	
	5. PTH - ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ	
	6. PROLACTIN - ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ	
	7. VIT B12 - ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12	
	8. FERRITIN - ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ	
	9. CA 15-3 – ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15-3	
	10. T4 – ΟΛΙΚΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ	
	11. TOTAL CALCITONIN –ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ	
	12. T3 –ΟΛΙΚΗ ΤΡΙΙΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ	
	13. TOTAL FOLATE –ΟΛΙΚΟ ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ	
	14. THYROGLOBULIN -ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗ	
	15. PROGESTERONE - ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ	
	16. CORTISOL - ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ	
	17. E2 - ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ	
	18. 25-OH - VIT D (TOTAL) – ΟΛΙΚΗ 25 ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗ D	
	19. TOTAL PSA – ΟΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ	
	20. TESTO - ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ	
	21. FT3-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ	
	22. FT4-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ	
	23. ANTI - TG	
	24. ANTI -TPO	
	25. FREE PSA-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ	
	26. Δείκτης Ινσουλινοαντίστασης /HoMA-IR	Υπολογιστική μέθοδος
	27. RATIO: FREE PSA / TOTAL PSA	Υπολογιστική μέθοδος
	Προσδιορισμός 4 παραμέτρων	**Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής MAGLUMI 800 SNIBE ΟΔΗΓΙΑ Ε-29 Εκ.1η 03/03/2023**
	1. AFP - α ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ	Ηλεκτροχημειοφωταυγεια (ECLIA)
	2. FSH – ΘΥΛΑΚΙΟΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ	
	3. LH - ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ	
	4. CA 125 – ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 125	
	5. CA 19-9 –ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 19-9	

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό Αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 11 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής YUMIZEN H550**
	1. ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ	Υπολογιστική μέθοδος
	2. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ	Χρωματομετρική μέθοδος
	3. ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΙΤΗΤΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ	Υπολογιστική μέθοδος
	4. ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ	Υπολογιστική μέθοδος
	5. ΜΕΣΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ	Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας
	6. ΜΕΣΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ	Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας
	7. ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ	Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας
	8. **ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ**	Υπολογιστική μέθοδος
	9. ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ - ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ	Υπολογιστική μέθοδος
	10. ΕΡΥΘΡΑ ΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ	Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας
	11. ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ	Μέθοδος ηλεκτρικής αγωγιμότητας
3. Πλάσμα αίματος (Sodium Citrate)	**Προσδιορισμός 4 παραμέτρων**	**Αυτόματος αναλυτής πήξηςSYSMEX CA 600 SERIES**
	1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (PT) INR	Φωτο-οπτική Μέθοδος ανίχνευσης θρόμβου
	2. PT (ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ)	
	3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (APTT)	
	4. ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ	

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, 28ης Οκτωβρίου 9, Άργος.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Αργυροπούλου Αναστασία.**

Σημείο λήψης Πρωτογενούς δείγματος: **28ης Οκτωβρίου 9, Άργος.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 04.03.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1339**-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι τις 21.06.2028.

Αθήνα, 11η Μαρτίου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος Ε.ΣΥ.Δ.