Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/6 του Πιστοποιητικού Αρ. **1172**-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

CORAL-ΧΗΜΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Φυσικοχημικές δοκιμές		
1. Πετρέλαιο και προϊόντα του	1. Προσδιορισμός πυκνότητας (kg/m^3)	Μέθοδος πυκνομέτρου ASTM D1298-12b(2017)
	2. Προσδιορισμός δυναμικού ιξώδους και πυκνότητας ρευστών με χρήση ιξωδόμετρου τύπου Stabinger (και υπολογιστικός προσδιορισμός του κινηματικού ιξώδους)	ASTM D7042-21
	3. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (% wt)	Μέθοδος φθορισμού ακτίνων X ISO 8754:2003
	4. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης - Μέθοδος Pensky-Martens κλειστού δοχείου	ISO 2719:2016/Amd 1:2021
	5. Προσδιορισμός υγρασίας – Μέθοδος Κουλομετρίας (Karl Fischer)	ISO 12937:2000
2. Πετρελαιοειδή	1. Προσδιορισμός τέφρας	EN ISO 6245:2001

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λεωφόρος Δημοκρατίας 192, 18863, Αθήνα.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Παγκοπούλου Ειρήνη, Δημήτριος Πέττας.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.07.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1172-**3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 6.08.2028.

Αθήνα, 14.09.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.