Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. 1326

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

Ερευνητικής Μονάδας Δερματοφαρμακολογίας- Κοσμητολογίας

του

Τμήματος Φαρμακευτικής

του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	**Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες**	**Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές**
Δοκιμές σε βιολογικά συστήματα		
Πρώτη ύλη ή/και ιατροτεχνολογικό ή/και φαρμακευτικό προϊόν (υλικό που κυκλοφορεί ή υπό αίτηση).		
	1. Δοκιμασία ευαισθητοποίησης σε ωτιαίους λεμφαδένες μυών, *Local Lymph Node Assay (LLNA)*, σε μύες τύπου CBA ή Balb-C. Η τελική αξιολόγηση γίνεται με μέτρηση των β-σωματιδίων τα οποία εκπέμπονται από 3Η-Θυμιδίνη.	ΜΔ003.Δοκιμασία δερματικής ευαισθητοποίησης: τοπική δοκιμασία λεμφαδένων Εκδοση 3 Ημ. ισχύος 15/5/2022 Βασισμένη στο πρότυπο ISO 10993-10:2021
	2. Δοκιμασία αξιολογήσεως κυτταρικής βιωσιμότητας με την χρήση της χρωστικής 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide (MTT) σε ισοδύναμα δέρματος τύπου Epiderm ή Episkin.	ΜΔ004.Δοκιμασία Δερματικού ερεθισμού: Τοπική δοκιμασία Epiderm Εκδοση 2 Ημ. ισχύος 25/5/2022 Βασισμένη στο πρότυπο OECD 439_2020

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Πανεπιστημιούπολη, 15784, Αθήνα, Ελλάδα.**
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής και Επιστημονικός Υπεύθυνος : **Μιχαήλ Χρήστου Ράλλης.**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ 1326, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 15/01/2028.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.