Παράρτημα F2/12 του Πιστοποιητικού Αρ. **751**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Μετρήσεων και Διακριβώσεων

της

ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

για τη διενέργεια διακριβώσεων

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	Διευρημένη Αβεβαιότητα Μέτρησης (k=2)	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις ταχύτητας ανέμου			
Ταχύτητα αέρα / κυπελλοφόρα ανεμόμετρα	4 m/s έως 16 m/s	0.0076·U + 0.030 [m/s]	IEC 61400-50-1:2022, παρ.8 Η διακρίβωση εκτελείται σε αεροσήραγγα ανοιχτού τύπου
Μετρήσεις διεύθυνσης ανέμου			
Κατεύθυνση ανέμου / Αισθητήρες κατεύθυνσης ανέμου: - Ποτενσιομετρικοί αισθητήρες με έξοδο τάση	0° έως 360°	0,92°	IEC 61400-50-1:2022 ANNEX A Η διακρίβωση εκτελείται σε αεροσήραγγα ανοιχτού τύπου

Τόπος αξιολόγησης: **1ο χλμ. Θέρμης – Αεροδρομίου «Μακεδονία», 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη.**

Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου Διακριβώσεων: Παλαιά Συμμαχική Οδός Διαβατών Ωραιοκάστρου (όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου) – 570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Σουλεϊμάνης Κωνσταντίνος, Λιακοπούλου Κωνσταντίνα, Κατσανεβάκη Ελένη, Τιφκιτσής Κωνσταντίνος**
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.04.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**751**-5 , κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 19.06.2028.

Αθήνα, 19.10.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος-Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.