Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A12 του Πιστοποιητικού Αρ. **994**-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

Central Laboratories -
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, Ιατρική Α.Ε.

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
1. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 43 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ADVIA 1800, SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Γλυκόζη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	2. Ουρία	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	3. Ουρικό Οξύ	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	4. Κρεατινίνη	Κινητικη / Χρωματομετρική
	5. Γλουταμική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	6. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	7. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	8. Ολική Χοληστερόλη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	9. HDL - Χοληστερόλη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	10. LDL - Χοληστερόλη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	11. LDL - Χοληστερόλη	Υπολογιστική
	12. Τριγλυκερίδια	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	13. Σίδηρος	Χρωματομετρική
	14. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Ενζυμική / Χρωματομετρική

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	15. Ασβέστιο	Χρωματομετρική
	16. Φώσφορος	Χρωματομετρική
	17. Κάλιο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	18. Νάτριο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	19. Χλώριο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	20. Κρεατινική κινάση (CK)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	21. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	22. Αλβουμίνη	Χρωματομετρική
	23. Ολικές Πρωτεΐνες	Χρωματομετρική
	24. Μαγνήσιο	Χρωματομετρική
	25. Αλδολάση	Χρωματομετρική
	26. Αμυλάση	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	27. Ολική Χολερυθρίνη	Χρωματομετρική
	28. Άμεση Χολερυθρίνη	Χρωματομετρική
	29. Έμμεση Χολερυθρίνη	Υπολογιστικό
	30. TIBC – Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα	Ferene Direct - Χρωματομετρική (Διχρωματική Τελικού Σημείου)
	31. Σιδηροφυλλίνη (Τρανσφερρίνη)	Θολοσιμετρική
	32. C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP)	Θολοσιμετρική
	33. Συστατικό Συμπληρώματος C3	Θολοσιμετρική
	34. Συστατικό Συμπληρώματος C4	Θολοσιμετρική
	35. Ολικές Σφαιρίνες	Υπολογιστική
	36. Ολικά Λιπίδια	Υπολογιστική
	37. VLDL Χοληστερόλη	Υπολογιστική
	38. Αθηρωματικός Δείκτης	Υπολογιστική
	39. Λευκωματικό Πηλίκο	Υπολογιστική
	40. Κάθαρση Κρεατινίνης	Υπολογιστική
	41. Κάθαρση Ουρίας	Υπολογιστική
	42. Κορεσμός Σιδηροφυλλίνης	Υπολογιστική
	43. Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
2. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 30 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ADVIA 2400, SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Γλυκόζη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	2. Ουρία	Ενζυμική / Χρωματομετρική

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	3. Ουρικό Οξύ	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	4. Κρεατινίνη	Κινητικη / Χρωματομετρική
	5. Γλουταμική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	6. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	7. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	8. Ολική Χοληστερόλη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	9. HDL - Χοληστερόλη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	10. LDL - Χοληστερόλη	Υπολογιστική
	11. Τριγλυκερίδια	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	12. Σίδηρος	Χρωματομετρική
	13. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	14. Ασβέστιο	Χρωματομετρική
	15. Λιπάση	Χρωματομετρική
	16. Χοληνεστεράση	Χρωματομετρική
	17. Ψευδάργυρος	Χρωματομετρική
	18. Κάλιο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	19. Νάτριο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	20. Χλώριο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	21. Κρεατινική κινάση (CK)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	22. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	23. C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP)	Θολοσιμετρική
	24. Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO)	Θολοσιμετρική
	25. Ανοσοσφαιρίνη IGA	Θολοσιμετρική
	26. Ανοσοσφαιρίνη IGG	Θολοσιμετρική
	27. Ανοσοσφαιρίνη IGM	Θολοσιμετρική
	28. Ολικά Λιπίδια	Υπολογιστική
	29. VLDL Χοληστερόλη	Υπολογιστική
	30. Αθηρωματικός Δείκτης	Υπολογιστική
3. Ούρα	**Προσδιορισμός 15 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ADVIA 1800, SIEMENS *** **Ο.650-8/12/06-02-2019** **Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Γλυκόζη	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	2. Ουρία	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	3. Ουρικό Οξύ	Ενζυμική / Χρωματομετρική

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ούρα (συνέχεια)	4. Κρεατινίνη	Κινητικη / Χρωματομετρική
	5. Ασβέστιο	Χρωματομετρική
	6. Φώσφορος	Χρωματομετρική
	7. Κάλιο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	8. Νάτριο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	9. Χλώριο	Εμμέση Ποτενσιομετρία ISE
	10. Αλβουμίνη	Ανοσοθολοσιμετρική
	11. Ολικές Πρωτεΐνες	Χρωματομετρική
	12. Μαγνήσιο	Χρωματομετρική
	13. Αμυλάση	Ενζυμική / Χρωματομετρική
	14. Κάθαρση Κρεατινίνης	Υπολογιστική
	15. Κάθαρση Ουρίας	Υπολογιστική
4.Ολικό Αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ADVIA 1800, SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Γλυκόζη 6-Φωσφορική Αφυδρογονάση (G-6-PD)	Ενζυμική / Χρωματομετρική
5. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 6 παραμέτρων**	**Αυτόματος Αναλυτής Νεφελομετρίας, BN II, SIEMENS* Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO A1)	Νεφελομετρική
	2. Απολιποπρωτεΐνη B (APO B)	
	3. Λιποπρωτεΐνη (α) (Lp(a))	
	4. Ρευματοειδής Παράγον (RF)	
	5. Β2-Μικροσφαιρίνη	
	6. Ανοσοσφαιρίνη IGE	
6. Ούρα	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Αναλυτής Νεφελομετρίας, BN II, SIEMENS* Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Β2-Μικροσφαιρίνη	Νεφελομετρική
7. Ορός αίματος		Ηλεκτροφόρηση σε Μικροτριχοειδή

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
8. Ορός αίματος		Ηλεκτροφόρηση σε Αγαρόζη
Ανοσολογικές Δοκιμές		
1. Ορός αίματος		Φθορισμοανοσοενζυμική μέθοδος (FEIA)
2. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής ADVIA 2400, SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1 Λίθιο	Χρωματομετρική
3. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 13 παραμέτρων**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA CENTAUR XP (1), SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Βιταμίνη D (25-OH)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Χοριακή Γοναδοτροπίνη (THCG)	
	3. Φερριτίνη	
	4. Ινσουλίνη	
	5. Ολική Τριϊωδοθυρονίνη (T3)	
	6. Ολική Θυροξίνη (T4)	
	7. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)	
	8. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3)	
	9. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4)	
	10. Οιστραδιόλη (E2)	
	11. Προγεστερόνη (PRG)	
	12. Τεστοστερόνη	
	13. Δεσμευτική σφαιρίνη ορμονών φύλου (SHBG)	
4. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 10 παραμέτρων**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA CENTAUR XP (2), SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP)	
Ορός αίματος (συνέχεια)	3. Καρκινικό αντιγόνο CA 125	
	4. Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3	
	5. Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9	

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	6. CK-MB mass	
	7. Τροπονίνη I	
	8. Μυοσφαιρίνη	
	9. Βιταμίνη Β12	
	10. Φυλλικό Οξύ	
5. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 15 παραμέτρων**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA CENTAUR XP (3), SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (Free PSA)	
	3. Φερριτίνη	
	4. Βαλπροϊκό Οξύ	
	5. Διγοξίνη	
	6. Καρβαμαζεπίνη	
	7. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)	
	8. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG)	
	9. Αυτοαντισώματα έναντι της υπεροξειδάσης του θυρεοειδούς (ANTI-TPO)	
	10. Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)	
	11. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)	
	12. Προλακτίνη (PRL)	
	13. Κορτιζόλη	
	14. Δεϋδροεπιανδροστερόνη θειική (DHEA-S)	
	15. Anti CCP	
6. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 9 παραμέτρων**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA IMMULITE 2000i, SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Θυρεοσφαιρίνη (TG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Καλσιτονίνη	
	3. Οστεοκαλσίνη	
Ορός αίματος (συνέχεια)	4. Ανδροστενεδιόνη	
	5. Ομοκυστεΐνη	

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	6. TSI (Αντισώματα έναντι υποδοχέων της TSH)	
	7. Σωματομεδίνη C (IGF1)	
	8. Αυξητική ορμόνη (GH)	
	9. Αντιγόνο επιφανείας της Ηπατίτιδας Β (HBsAg)	
8.Ορός αίματος		Χημειοφωταύγεια (CLIA)
9. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 7 παραμέτρων**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA CENTAUR XP (2), SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Αντισώματα έναντι ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV Ag (p24) / HIV 1 & 2 Ab)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Αντισώματα έναντι του ιού της Ηπατίτιδας C (Anti-HCV)	
	3. Αντίσωμα έναντι HBsAg (anti-HBs/HBsAb)	
	4. Αντίσωμα έναντι HBeAg (anti-HBe/HBeAb)	
	5. Ολικά αντισώματα HAV (anti-HAV)	
	6. Αντισώματα HAV-IgM (anti-HAV IgM)	
	7. Αντιγόνο HBE (HBeAg)	
10. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 10 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής ADVIA IMMULITE XPi, SIEMENS* Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/10/02-07-2019**
	1. Αντισώματα Πυρήνος Ολικά (ANTI-HBc)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Αντισώματα Πυρήνος IgM (ANTI-HBc-IgM)	
	3. Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG Ab)	
	4. Αντισώματα έναντι ιού Ερυθράς IgM (Rubella IgM Ab)	
	5. Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος Gondii IgG	

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	6. Αντισώματα έναντι Τοξοπλάσματος Gondii IgM	
	7. Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgG	
	8. Αντισώματα έναντι Κυτταρομεγαλοϊού IgM	
	9. Αντισώματα έναντι ιού Epstein Barr IgG	
	10. Αντισώματα έναντι ιού Epstein Barr IgM	
11.Ορός αίματος		Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA)
12. Ορός αίματος		
		ELISA
13. Ορός αίματος		Ανοσοφθορισμός σε HEP 2
		Ανοσοφθορισμός σε Rat Liver/ Kidney/ with Medulla/ Stomach
		Ανοσοφθορισμός σε Rat Liver/ Kidney/ with Medulla/ Stomach
		Ανοσοφθορισμός σε Rat Liver/ Kidney/ with Medulla/ Stomach

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
		Ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα πολυμορφοπυρήνων, formalin or ethanol fixative
		Ανοσοφθορισμός σε υπόστρωμα πολυμορφοπυρήνων, formalin or ethanol fixative
		Ανοσοφθορισμός σε CRITHIDIA
		ELISA
1.Ούρα	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA CENTAUR XP (3), SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Κορτιζόλη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
1. Πλάσμα αίματος (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA CENTAUR XP (1), SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Παραθορμόνη (PTH)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
2. Πλάσμα αίματος (EDTA)		
		Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA)
3. Πλάσμα αίματος (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Ανοσοχημικός Αναλυτής, ADVIA IMMULITE 2000i, SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Αιματολογικές Δοκιμές		
1. Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 17 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής, ADVIA 2120i, (ADV 1) & (ADV 2) SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Αιμοσφαιρίνη (Hb)	Χρωματομετρική, Τροποποιημένη ICSH
	2. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	Κυτταρομετρία ροής
	3. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Κυτταρομετρία ροής
	4. Αιμοπετάλια (PLT)	Κυτταρομετρία ροής
	5. Αιματοκρίτης (HT)	Υπολογιστική

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια)	6. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Κυτταρομετρία ροής
	7. Μέση περιεκτικότητα Hb (MCH)	Υπολογιστική
	8. Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC)	Υπολογιστική
	9. Εύρος κατανομής ερυθρών -CV	Υπολογιστική
	10. Αιμοπεταλιοκρίτης	Υπολογιστική
	11. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)	Κυτταρομετρία ροής
	12. Αριθμός και Ποσοστό Ουδετεροφίλων	Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής
	13. Αριθμός και Ποσοστό Λεμφοκυττάρων	
	14. Αριθμός και Ποσοστό Μονοπύρηνων	
	15. Αριθμός και Ποσοστό Ηωσινόφιλων	
	16. Αριθμός και Ποσοστό Βασεόφιλων	Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής
	17. Αριθμός και Ποσοστό Άτυπων Μεγάλων μη κεχρωσμένων κυττάρων	
2. Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 2 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής, ADVIA 2120i, (ADV 2) SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ %)	Συνδυασμός χρωστικής και κυτταρομετρίας ροής
	2. Κυτταρική Αιμοσφαιρίνη ΔΕΚ (CHr)	
3. Ολικό αίμα (EDTA)		HPLC – Υγρή Χρωματογραφία Στήλης Υψηλής Αποδόσεως
4. Ολικό αίμα (EDTA)		HPLC – Υγρή Χρωματογραφία Στήλης Υψηλής Αποδόσεως
5. Ολικό αίμα (EDTA)		Αντίδραση συγκόλλησης σε γέλη

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
1. Ορός αίματος		Αντίδραση συγκόλλησης σε γέλη
1. Πλάσμα αίματος (Κιτρικά)	**Προσδιορισμός 11 παραμέτρων**	**Αυτόματος αναλυτής πήξης, CS 2000i SIEMENS * Ο.650-8/12/06-02-2019 Π.650-1/11/01-12-2020**
	1. Ινωδογόνο Ποσοτικό	Δημιουργία θρόμβου
	2. Χρόνος μερικώς ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (APTT)	Δημιουργία θρόμβου
	3. Χρόνος προθρομβίνης (PT sec)	Δημιουργία θρόμβου
	4. Χρόνος προθρομβίνης (INR)	Υπολογιστική από το PT
	5. D-DIMERS	Ανοσοθολοσιμετρική
	6. Ηπαρίνη (anti-Xa)	Χρωματομετρική
	7. Αντιθρομβίνη III	Χρωματομετρική
	8. Πρωτεΐνη C (Δραστικότητα)	Χρωματομετρική
	9. Αντίσταση στην πρωτεΐνη C (APC-R)	Δημιουργία θρόμβου
	10. Πρωτεΐνη S (Δραστικότητα Αντιγόνου)	Ανοσοθολοσιμετρική
	11. Ελεύθερο Αντιγόνο Πρωτεΐνης S	Ανοσοθολοσιμετρική
Δοκιμές Μοριακής Γενετικής		
1. Ολικό Αίμα (EDTA)		**Ο.650-8/12/06-02-2019 Ο.650-11/10/19-02-2021 Π.650-2/10/15-02-2021** Μέθοδος κατασκευαστή HAIN LIFESCIENCE * με τεχνική PCR και ανάστροφο υβριδισμό σε ταινίες στον SimpliAmp™ Thermal Cycler (Applied Biosystems™)
		Ο.650-8/12/06-02-2019 Ο.650-11/10/19-02-2021 Π.650-2/10/15-02-2021 Μέθοδος κατασκευαστή HAIN LIFESCIENCE * με τεχνική PCR και ανάστροφο υβριδισμό σε ταινίες στον SimpliAmp™ Thermal Cycler (Applied Biosystems™)

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια)		**Ο.650-8/12/06-02-2019** **Ο.650-11/10/19-02-2021** **Π.650-2/10/15-02-2021** Μέθοδος κατασκευαστή OLERUP με τεχνική SSP-PCR στον SimpliAmp™ Thermal Cycler (Applied Biosystems™)
		Ο.650-8/12/06-02-2019 **Ο.650-11/10/19-02-2021** **Π.650-2/10/15-02-2021** Μέθοδος κατασκευαστή Primerdesign με PCR πραγματικού χρόνου στον Rotor-Gene® Q (QIAGEN)
Δοκιμές Μοριακής Βιολογίας		
1. Πλάσμα αίματος (EDTA)		**Ο.650-8/12/06-02-2019** **Ο.650-11/10/19-02-2021** **Π.650-2/10/15-02-2021** Μέθοδος κατασκευαστή Sacace BIOTECHNOLOGIES με PCR πραγματικού χρόνου στον Rotor-Gene® Q (QIAGEN)
		Ο.650-8/12/06-02-2019 **Ο.650-11/10/19-02-2021** **Π.650-2/10/15-02-2021** Μέθοδος κατασκευαστή Sacace BIOTECHNOLOGIES με PCR πραγματικού χρόνου στον Rotor-Gene® Q (QIAGEN)
2. Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Ο.650-8/12/06-02-2019** **Ο.650-11/10/19-02-2021** **Π.650-2/10/15-02-2021**
		Μέθοδος κατασκευαστή Viasure by CerTest, CE-IVD, με PCR πραγματικού χρόνου στον Rotor-Gene® Q (QIAGEN)

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Πέτρου Ράλλη 146, 184 54, Νίκαια, Αττική.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Αν. Κωτσιγιάννη, Αικ. Λεντάρη, Κυρ. Μπούζα,.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25.01.2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **994**-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύει μέχρι την 28.07.2028.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Χρήστος Νεστοράς
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.