Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G2/B2 του Πιστοποιητικού Αρ. **1261**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

LIFECHECK LABS

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός Αίματος	**Προσδιορισμός 23 παραμέτρων**	**Αυτόματος Αναλυτής Cobas 6000, Roche*** Ε.520-1, έκδοση 2, 1/12/2022
	1. Αλβουμίνη (ALB)	Ανοσοθολοσιμετρική
	2. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Χρωματομετρική
	3. Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT)	Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης κατά IFCC χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη
	4. Αμυλάση (AMY)	Ενζυμική χρωματομετρική κατά IFCC
	5. Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)	Χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη της IFCC
	6. Ασβέστιο (CA)	Φωτομετρική
	7. Χοληστερόλη ολική (CHOL)	Ενζυμική χρωματομετρική
	8. Κρεατινοκινάση (CPK)	Εξέταση υπεριώδους φωτός
	9. Κρεατινίνη (CREA)	Κινητική χρωματομετρική ανάλυση Jaffe
	10. Άμεση χολερυθρίνη (DBIL)	Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου
	11. Ολική χολερυθρίνη (TBIL)	Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου
	12. Σίδηρος (FE)	Χρωματομετρική
	13. Γλυκόζη (GLU)	Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση
	14. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	Ανάλυση υπεριώδους φωτός

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός Αίματος (συνέχεια)	15. Χοληστερόλη-LDL (LDL)	Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική
	16. Χοληστερολη-HDL (HDL)	Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική
	17. Μαγνήσιο (MG)	Μέθοδος με χρωματομετρικό τελικό σημείο
	18. Φώσφορος (PHOS)	Μολυβδαινικό UV
	19. Ολικά λευκώματα (TP)	Χρωματομετρική
	20. Τριγλυκερίδια (TRIG)	Ενζυμική χρωματομετρική
	21. Ουρικό οξύ (UA)	Ενζυμική χρωματομετρική
	22. Ουρία (UREA)	Κινητική
	23. Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT)	Ενζυμική χρωματομετρική

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή / kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πρωτόπαππα 13-15, 16345, Ηλιούπολη.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Άριστείδης Χριστοφίδης.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.07.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1261**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, παρατείνεται μέχρι τις 04.08.2025, σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 30η Ιουνίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A2 του Πιστοποιητικού Αρ. 1261

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

LIFECHECK LABS

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μοριακή Μικροβιολογία		
Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, βρογχικό επίχρισμα)	Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2	Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή BIORAD σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του SARS-COV-2 Nucleic Acid Detection kit, Zybio, CE-IVD. *Ο.510-3, έκδοση 1, 01/02/2021*

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή / kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Γλαδστώνος 1, 16345, Ηλιούπολη.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Άριστείδης Χριστοφίδης.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.07.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1261**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, παρατείνεται μέχρι τις 04.08.2025, σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 30η Ιουνίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.