Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/16 του Πιστοποιητικού Αρ. **647**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών Ανεμογεννητριών

του

Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

για τη διενέργεια διακριβώσεων

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις Ταχύτητας Ανέμου			
Ταχύτητα αέρα / • κυπελλοφόρα ανεμόμετρα • ανεμόμετρα υπερήχων • ελικοφόρα ανεμόμετρα, • ανεμόμετρα θερμού νήματος	4 m/s … 16 m/s	0,10 m/s	• IEC 61400-12-1: 2017 (ANNEX F) • MEASNET Anemometer calibr. Ver.3: 2020 • Εσωτερική Μέθοδος CLP-03
Διεύθυνση ανέμου / • ανεμοδείκτες • ανεμόμετρα υπερήχων	0-360deg	1.17 deg	• IEC 61400-12-1:2017 (ANNEX N)

** Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Αττικής.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ν. Στεφανάτος**, **Α. Κωστάκος, Ν. Δρούγκας, Δ. Θεοφιλογιαννάκος, Φ. Κοκκαλίδης, Π. Παπαδόπουλος.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 26.09.2022.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **647**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 29.12.2026.

Αθήνα, 30.11.2022

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.