Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/20 του Πιστοποιητικού Αρ. **421**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων

της

HELLAMCO A.E.
για τη διενέργεια διακριβώσεων

Αντικείμενο Διακρίβωσης/ Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις μάζας			
Ηλεκτρονικά όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας.	1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg 20 kg 50 kg 60 kg	4,0 μg 4,0 μg 4,0 μg 5,0 μg 7,0 μg 8,0 μg 11 μg 13 μg 17 μg 20 μg 26 μg 33 μg 40 μg 53 μg 66 μg 0,11 mg 0,20 mg 0,53 mg 1,1 mg 6,6 mg 17 mg 0,33 g 0,66 g 1,7 g 1,7 g	Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04-2015 Χρήση προτύπων σταθμών OIML : Κλάσης E2 στο εύρος: 1 mg έως 1 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 2,1 kg. Κλάσης F1 στο εύρος: 1 g έως 5 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 13,2 kg. Κλάσης M1 στο εύρος: 10 kg έως 20 kg Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο: 63,2 kg. Η διακρίβωση γίνεται επιτόπου.

** Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%), συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **Οδός Δελφών 13, Χαλάνδρι, 15233, Αθήνα.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Δ. Βαλιλής, Π. Κοστρίβας, Μ. Βολοτόπουλος, Σ. Μαρτίνι.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 08.04.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **421**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 16.04.2029.

Αθήνα, 02.09.2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.