Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ.**729-5**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσεως ΙΙΙ (καυσίμων και ορυκτελαίων)

του

2ου Τάγματος Υποστήριξης Αεροδρομίου

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές δοκιμές		
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και υδραυλικά υγρά	Προσδιορισμός μετάλλων φθοράς (Al, Ag, Cr, Cu, Fe, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Si, Sn, Ti) με φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής περιστρεφόμενου δίσκου ηλεκτροδίου (RDE-AES).	ASTM D 6595-22
Αεροπορική βενζίνη	Προσδιορισμός της τάσεως ατμών	ASTM 5191-22
Ορυκτέλαια	Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους (στους 40 ^{0}C και στους 100 ^{0}C)	ASTM D 7042-21
	Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης ανοικτού δοχείου, Cleveland	ASTM D 92:2018

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Στρατόπεδο «Λ/γου (ΠΒ) Δελαπόρτα Σπυρίδων», Πάχη Μεγάρων, Αττική.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Λγος (ΕΜ) Στ. Τσεσμελής, Β. Μπέτσιου (ΜΥ), ΕΠΟΠ Επχίας (ΕΜ-ΕΥ) Γ.Νταλαχάνης, ΕΠΟΠ Στρτης (ΕΜ) Π.Σαμψωνίδου.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.01.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 729-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2017, ισχύει μέχρι τις 27.01.2028.

Αθήνα, 01.06.2023.

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.