Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/14 του Πιστοποιητικού Αρ.530-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας

του

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ)

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές		
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης, λακτόζης και ολικών στερεών.	Μ-19, Μέθοδος κατασκευαστή αυτοματοποιημένου αναλυτή Mid – Infrared Spectrometry (Τεχνική FTIR) (MILKOSCAN 7RM Foss DK), βασισμένη στο ISO 9622:2013 / IDF 141: 2013 Προσδιορισμός ολικών στερεών υπολογιστικά
Νωπό αγελαδινό γάλα	Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων	Μ-20 Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδος (Fossomatic™ 7), ISO 13366-2:2006 / IDF 148-2:2006
Φυσικές Δοκιμές		

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Νωπό γάλα	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Μ-10, Μέθοδος ρουτίνας θερμίστορ-κρυοσκοπίου, ISO 5764:2009 / IDF 108:2009-Annex C
(συνέχεια)	Προσδιορισμός σημείου πήξεως	Μ-18, Μέθοδος αναφοράς θερμίστορ- κρυοσκοπίου (C1A), ISO 5764:2009 / IDF 108:2009.
Μικροβιολογικές Δοκιμές		
	Ανίχνευση καταλοίπων αντιμικροβιακών ουσιών, [β΄ λακταμών (amoxicillin, ampicillin, penicillin G, cloxacillin, oxacillin, cephapirin, ceftiofur, cefoperazone, cephalexin), σουλφοναμιδών (sulphamethazine, sulfathiazole, sulfadimethoxine, sulfadiazine, sulfa-methoxy-pyridazine), τετρακυκλινών (tetracycline, oxytetracycline, chlorotetracycline, doxycycline), μακρολιδών (tylosin), αμινογλυκοσιδών (neomycin), rifaximin,lincomycin]	Μ-21Μέθοδος διάχυσης κατασκευαστή ECLIPSE 4G
	Απαρίθμηση μικροβίων	Μ-04, Μέθοδος ρουτίνας, Bactoscan FC, επεξεργασία δεδομένων/ βαθμονόμηση βάσει ISO 21187:2016/ IDF 196:2021, 16140-1:2016 , ISO 16140-2:2016 ISO 16297:2020

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Παραλίμνη Γιαννιτσών , ΠΕΛΛΑΣ.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Παπαδημητρίου Θεοδώρα.**
Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 11.06.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.530-7,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 29.03.2030.

Αθήνα, 10.10.2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος-Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.