Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/2 του Πιστοποιητικού Αρ. 813

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής

του

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ηλεκτρικές δοκιμές		
Μετρήσεις πλησίον γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πλησίον υποσταθμών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και στο περιβάλλον ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.	Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων (5 Hz – 2 kHz): - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (E) - Μαγνητική επαγωγή (B)	ΕΛΟΤ IEC 61786: 2003 Κ.Υ.Α. 3060 (ΦΟΡ) 238 (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-4-2002)
Μετρήσεις στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.	Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (30 MHz – 2,6 GHz): - Ένταση ηλεκτρικού πεδίου (E)	Κ.Υ.Α. 2300 (ΕΦΑ) 493 (Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008) § 1-3, § 5-10 και § 4 μόνο τα Πρότυπα CEPT ECC / REC / (02) 04 ΕΛΟΤ 1422-3: 2007, Κεφ. 6

Τόπος αξιολόγησης: **Επί τόπου μετρήσεις. Έδρα εργαστηρίου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου, Α. Σιούντας, Χ. Κουλούρης.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16 Μαΐου 2012.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 813, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005, έχει παραταθεί με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ. μέχρι την 15.8.2016.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016

Ιωάννης Σιταράς
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων