Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/9 του Πιστοποιητικού Αρ. **763**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών

της

Χημικής Υπηρεσίας

της

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές δοκιμές		
1. Νερά-Λύματα	1. Προσδιορισμός pH	APHA 4500-H^+ B
	2. Προσδιορισμός αγωγιμότητας	APHA 2510
	3. Προσδιορισμός NO_3^-	APHA 4500-NO_3^-B
	4. Προσδιορισμός NH_4^+,	Dr.Lange LCK304
	5. Προσδιορισμός θολότητας	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 2130
2. Νερά	1. Προσδιορισμός Fe, Mn, Cr, Ni, Cu	ISO 11885:2007
	2. Προσδιορισμός Cl^-	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-Cl E
	3. Προσδιορισμός SO_4^{2-}	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-SO_4 E
	4. Προσδιορισμός N-NO_2	Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην APHA 4500-NO_2 B
3. Λύματα	1. Προσδιορισμός COD	Dr.Lange LCK314
	2. Προσδιορισμός Ολικού Αζώτου	Dr.Lange LCK138
	3. Προσδιορισμός Ολικού Φωσφόρου	Dr.Lange LCK348 & LCK 350
	4. Προσδιορισμός ολικών αιωρούμενων στερεών	ΕΛΟΤ ΕΝ 872:2005

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις – Γκορτσολόγου 52, Βιολογικός Καθαρισμός, 23100, Σπάρτη**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Γ. Λαζαράς**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 17.07.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **763**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει ανανεωθεί μέχρι τις 28.07.2028.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ