Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A5 του Πιστοποιητικού Αρ. **1294**-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 12 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Atellica Solution μοναδα CH**
	1. Γλυκόζη	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Ενζυματική (Εξοκινάση/G-6-PDH) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	2. Τριγλυκερίδια	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Οξειδάση φωσφορικής γλυκερόλης (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	3. Ολική χοληστερόλη	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Ενζυματική (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	4. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT)	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Ενζυματική (NADH (χωρίς P-5'-P)) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	5. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Ενζυματική (NADH (χωρίς P-5'-P)) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	6. Ουρία	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Ενζυματική ουρεάσης/γλουταμινικής αφυδρογονάσης (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
Ορός αίματος (συνέχεια)	7. Κρεατινίνη	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Ενζυματική (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	8. G-gt	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ L-γαμμα-γλουταμινο-3-καρβοξυ-4-νιτρανιλίδιο με γλυκυλογλυκίνη (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/ Έκδοση 1η)
	9. Ουρικό οξύ	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Μετατροπή από την Ουρικάση σε αλλαντοΐνη

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
		(Κωδικός εγγράφου ΔΠ-202/4/2018/ Έκδοση 1η)
	10. Ασβέστιο	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ συμπλοκοποιητή ασβεστίου ο-κρεζολοφθαλεΐνη (OCPC) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	11. Αλκαλική φωσφατάση	ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ κατάλυση (p-NPP) σε p-νιτροφαινόλη (p-NP) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-202/4/2018/Έκδοση 1η)
Ολικό αίμα (EDTA)	12 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης	Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση στον αναλυτή Minicap Flex Piercing Sebia Capillarys 2 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-202/4/2018/Έκδοση 1η)
Ανοσοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 14 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής Atellica Solution μοναδα IM**
	1. Προγεστερόνη (PRG)	
	2. Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)	
	3. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)	Άμεση χημειοφωταύγεια (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	4. Οιστραδιόλη (E2)	
	5. Χοριακή Γοναδοτροπίνη (β-HCG)	
	6. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)	
	7. Θυροξίνη ελεύθερη (Free-T4)	
	8. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (Free-T3)	
	9. Βιταμίνη B12	
	10. Φερριτίνη	
	11. PSA ειδικό προστατικό αντιγόνο	
	12.CEA καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο	
	13. Papp-a	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής COBAS E-411** Ηλεκτροχημειοφωταύγεια «ECLIA» (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/ Έκδοση 1η)
	14. FBhcg	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής COBAS E-411** Ηλεκτροχημειοφωταύγεια «ECLIA» (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/ Έκδοση 1η)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανοσολογικές δοκιμές		

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 4 παραμέτρων**	**Alegria, ORGENTEC Diagnostika GmbH**
	1.Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) IgG	Μεθοδολογία: ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay/Ανοσο-απορροφητική μέθοδος συνδεδεμένου ενζύμου) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-54 15/06/2023/ Έκδοση 1η)
	2. Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I (Anti-beta-2-Glycoprotein I) IgM	Μεθοδολογία: ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay/Ανοσο-απορροφητική μέθοδος συνδεδεμένου ενζύμου) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-52 15/06/2023/ Έκδοση 1η)
	3. Αντισώματα Έναντι Καρδιολιπίνης (Anti-Cardiolipin) IgG	Μεθοδολογία: ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay/Ανοσο-απορροφητική μέθοδος συνδεδεμένου ενζύμου) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-55 15/06/2023/ Έκδοση 1η)
	4. Αντισώματα Έναντι Καρδιολιπίνης (Anti-Cardiolipin) IgM	Μεθοδολογία: ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay/Ανοσο-απορροφητική μέθοδος συνδεδεμένου ενζύμου) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-53 15/06/2023/ Έκδοση 1η)
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής sysmex xn-550**
	1. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Χρωματομετρική μέθοδος μετριέται απευθείας και εκφράζεται σε γραμμάρια αιμοσφαιρίνης ανά δέκατο του λίτρου(g/dL) του ολικού αίματος. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	2. Αιματοκρίτης (HCT)	Αιματοκρίτης είναι ο λόγος των ερυθροκυττάρων προς τον όγκο του και εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-202/4/2018/Έκδοση 1η)
	3. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων μετριέται απευθείας με κυτταρομετρία ροής. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	4. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Μέσος όγκος ερυθρών υπολογίζεται από την κατανομή του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	5. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCH)	Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο και εκφράζεται σε picograms. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	6. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)	Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα του δείγματος. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	7. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Μετριούνται με την τεχνική της κυτταρομετρίας ροής χρησιμοποιώντας ως πηγή φωτός Helium Neon Laser.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
		(Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	8. Αιμοπετάλια (PLT)	Μέθοδος υδροηλεκτρικού εστιασμού τα κύτταρα ένα ένα οδηγούνται στην πηγή φωτός που είναι μια καθέτου πόλωσης Helium Neon Laser. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
Εξετάσεις Πήξης		
Πλάσμα Αίματος (Citrate)	**Προσδιορισμός 6 παραμέτρων**	**Αναλυτής BCS XP/ SIEMENS**
	1.Χρόνος Προθρομβίνης (INR)	ΜΈΘΟΔΟΣ ΠΗΞΗΣ/CLOTTING (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	2.D-DIMMERS	ΑΝΟΣΟΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΑ/IMMUNOTURBIDITY (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	3.ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ	ΧΡΩΜΟΓΟΝΙΚΗ/CHROMOGENIC (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	4.Δραστικότητα Πρωτεΐνη –C	ΧΡΩΜΟΓΟΝΙΚΗ/CHROMOGENIC (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	5.Χρόνος Μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT)	ΜΈΘΟΔΟΣ ΠΗΞΗΣ/CLOTTING (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
	6.Ινωδογόνο (Multifibren)	ΜΕΘΟΔΟΣ CLAUS (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-20 2/4/2018/Έκδοση 1η)
Μοριακή Μικροβιολογία		
Ορός περιφερικού αίματος, πλάσμα περιφερικού αίματος	Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός DNA του ιού της Ηπατίτιδας Β (HBV)	Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή (QuantStudio5 Applied Biosystems-Thermo Fisher Scientific*) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του kit* (artus HBV RG PCR kit- Qiagen CE-IVD) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-21 2/4/2018/Έκδοση 1η)
Ορός περιφερικού αίματος, πλάσμα περιφερικού αίματος	Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός RNA του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV)	Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή (QuantStudio5 Applied Biosystems-Thermo Fisher Scientific*) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του kit* (artus HCV RG PCR kit- Qiagen CE-IVD) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-22 2/4/2018/Έκδοση 1η)
Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος	Ανίχνευση & Τυποποίηση του Ιού SARS-COV-2 (COVID-19)	Μέθοδος κατασκευαστή kit TaqPath COVID19 Kit (ThermoFisher Scientific) με την μέθοδο της PCR πραγματικού χρόνου σε θερμικό κυκλοποιητή Quant-Studio 5 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-24 2/4/2022/Έκδοση 2η)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Εναιωρήματα κολποτραχηλικών επιχρισμάτων (ψήκτρες), thin prep	Ανίχνευση 14 τύπων υψηλού κινδύνου (HR) του ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) [14 τύποι: 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68] και τυποποίηση των τύπων HPV16 και HPV18.	Μέθοδος κατασκευαστή cobas® 6800 Human Papillomavirus (HPV) Test CE-IVD kit* (Roche Diagnostics GmbH), με αυτοματοποιημένη εκχύλιση DNA καθώς και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) σε αυτοματοποιημένο αναλυτή cobas® 6800 (Roche Molecular Systems) * (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-23 16/10/2024/Έκδοση 2η)
Μοριακή Ογκολογία		
Ιστός από κύβο παραφίνης (FFPE sample)	Ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια KRAS, NRAS, BRAF, EGFR	Μέθοδος επόμενης γενιάς αλληλούχισης (NGS – ION S5 Semiconductor Sequencer, της ThermoFisher Scientific) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του kit (COLON and LUNG V2 PANEL, της ThermoFisher Scientific) (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-39 12/1/2022/Έκδοση 1η)
Ολικό περιφερικό αίμα	Ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1,2, ανίχνευση μεγάλων γενωμικών αναδιατάξεων στα γονίδια BRCA1,2, συμπληρωματική Sanger αλληλούχιση	Μέθοδος επόμενης γενιάς αλληλούχισης (NGS – ION S5 Semiconductor Sequencer, της ThermoFisher Scientific) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του kit (BRCA1 and BRCA2 PANEL, της ThermoFisher Scientific), μέθοδος multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων CE-IVD SALSA MLPA probemixes (SALSA MLPA P002 BRCA1 probemix και SALSA MLPA P045 BRCA2/CHEK2 probemix, MRC Holland) και του συστήματος αντιδραστηρίων SALSA MLPA EK1 reagent kit – FAM (MRC Holland), αλληλούχηση κατά Sanger με τη χρήση ειδικών εκκινητών για το κάθε πιθανό παθολογικο εύρημα, μετά την ανίχνευση των μεταλλάξεων, και τριχοειδική ηλεκτροφόρηση για τα προϊόντα της αντίδρασης στον γενετικό αναλυτή SeqStudio™ Genetic Analyzer System, της ThermoFisher Scientific (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-39 2/4/2018/Έκδοση 1η)
Μοριακή Γενετική		
Ολικό περιφερικό αίμα	1. Ανίχνευση απλοτύπου HLA-B27	Μέθοδος κατασκευαστή kit HLA-Ready Gene B27 της εταιρείας inno-train Diagnostik (CE-IVD) σε PCR Eppendorf Thermocycler και ηλεκτροφόρηση σε γάλη αγαρόζης (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-51 20/5/2023/Έκδοση 1η)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ολικό περιφερικό αίμα	1.Ανίχνευση μεταλλάξεων προδιάθεσης για θρομβοφιλία στα γονίδια Παράγοντα V (V-Leiden), Προθρομβίνης (Factor II-G20210A), MTHFR (C677T, A1298C)	Μέθοδος κατασκευαστή kit RHYMA TEST CVD STRIP TEST της εταιρείας CLONIT S.r.I (CE-IVD) σε PCR Biometra Thermocycler και υβριδισμό (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-48 20/5/2023/Έκδοση 1η)
Ολικό περιφερικό αίμα	1. Ανίχνευση μεταλλάξης γονιδίου ρύθμισης διαμεμβρανικής αγωγιμότητας κυστικής ίνωσης F508del	In-house μέθοδος που χρησιμοποιεί PCR Biometra Thermocycler και και τριχοειδική ηλεκτροφόρηση για τα προϊόντα της αντίδρασης στον γενετικό αναλυτή SeqStudio™ Genetic Analyzer System, της ThermoFisher Scientific (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-49 20/5/2023/Έκδοση 1η)
Ολικό περιφερικό αίμα	1. Μοριακή ανίχνευση των αλληλομόρφων Ε2/Ε3/Ε4 του γονιδίου της απολιποπρωτείνης Ε (APOE)	Επιλεκτική ενίσχυση με πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Real-Time PCR) και την χρήση του kit LightMix ApoE C112R R158C της εταιρείας TIBMOLBIOL (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-50 20/5/2023/Έκδοση 1η)
Κυτταρογενετική		
Περιφερικό αίμα	Καρυότυπος/ ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών	Καλλιέργεια κυττάρων GTG banding Μικροσκοπική ανάλυση Ανάλυση καρυοτύπου με το σύστημα CaryoSystems image analysis software, Lucky6.03a2 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-42 12/1/2022/Έκδοση 1η)
Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες	Καρυότυπος/ ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών	Καλλιέργεια κυττάρων GTG banding Μικροσκοπική ανάλυση Ανάλυση καρυοτύπου με το σύστημα CaryoSystems image analysis software, Lucky6.03a2 (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-41 12/1/2022/Έκδοση 1η)
Περιφερικό αίμα	Μοριακός Καρυότυπος υψηλής ευκρίνειας (CytoScan 750K Arrays, GeneScan 3000, ThermoFisher Scientific). Ανίχνευση ελλείψεων η διπλασιασμών μεγέθους ≥150Kb.	Μέθοδος συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού με μικροσυστοιχία (aCGH) με το CytoScan 750K Arrays Kit στο Affymetrix Genechip Scanner. Έχει προηγηθεί fluorescent labeling και υβριδισμός του απομονωμένου DNA σε ειδικό Genechip Hybridization Oven 645 (ThermoFisher Scientific). Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων με το Chromosome Analysis Suite (ChAS) Software. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-44 12/1/2022/Έκδοση 1η)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Αμνιακό υγρό, Χοριακές λάχνες (τροφοβλαστικός ιστός)	Μοριακός Καρυότυπος χαμηλής ευκρίνειας (CytoScan® Optima Array, GeneScan 3000 (ThermoFisher Scientific). Ανίχνευση ελλείψεων μεγέθους ≥1MB και διπλασιασμών μεγέθους ≥2MB.	Μέθοδος συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού με μικροσυστοιχία (aCGH) με το CytoScan® Optima Array Kit στο Affymetrix Genechip Scanner. Έχει προηγηθεί fluorescent labeling και υβριδισμός του απομονωμένου DNA σε ειδικό Genechip Hybridization Oven 645 (ThermoFisher Scientific). Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων με το **C**hromosome **A**nalysis **S**uite (ChAS) **S**oftware. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-45 12/1/2022/Έκδοση 1η)
Κυτταρομετρία Ροής		
Περιφερικό αίμα	Ανοσοφαινότυπος CD3+%, CD19+%, CD3+CD4+%, CD3+CD8+%, CD3-CD16+56+%, CD3+CD16+56+% CD3+ (απόλυτος αριθμός), CD19+(απόλυτος αριθμός), CD3+CD4+(απόλυτος αριθμός), CD3+CD8+(απόλυτος αριθμός), CD3-CD16+56+(απόλυτος αριθμός), CD3+CD16+56+(απόλυτος αριθμός)	Κυτταρομετρία Ροής - φαινότυπος λεμφοκυττάρων CYTEK NORTHERN LIGHTS CLC. (Κωδικός εγγράφου ΔΠ-34 12/1/2022/Έκδοση 1η)

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Σημεία λήψης πρωτογενούς δείγματος: Τσιμισκή 51, ΤΚ: 54623 Θεσσαλονίκη.

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Τσιμισκή 51, ΤΚ: 54623 Θεσσαλονίκη.**
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: **Σπυρίδων Γέρου, Βασιλική Παυλίδου, Ελένη Μπέλλα, Ευρυνόμη Τσιαργαλή, Περούλης Νικόλαος, Κυδωνοπούλου Κυριακή, Κωνσταντίνου Χριστίνα, Τερζίδου Μαρία**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 31.07.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**1294**-3, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, παρατείνεται μέχρι τις 23.11.2026, σύμφωνα με απόφαση του ΕΣΥΔ.

Αθήνα, 22η Μαΐου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.