Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/13 του Πιστοποιητικού Αρ. **316**-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων

της

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανεμολογικές Μετρήσεις		
Για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με σκοπό το σχεδιασμό αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας	Ταχύτητα ανέμου (m/s)	IEC 61400-12-1: 2022 § 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 & 7.2.4 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61400-50-1: 2022
	Διεύθυνση ανέμου (Deg.)	IEC 61400-12-1:2022 §7.3 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61400-50-1: 2022

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Ριζαρείου 3, Χαλάνδρι, Αθήνα**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Γ. Σγουρός, Α. Γεωργιάδου**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 09.07.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **316**-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι τις 19.12.2027.

Αθήνα, 21.05.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.