Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. **722**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Ανεμολογικών Μετρήσεων

της

Εναλλακτική Ενεργειακή Μον. Α.Ε.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ανεμολογικές Μετρήσεις		
Για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με σκοπό το σχεδιασμό αιολικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.	Ταχύτητα ανέμου (m/s)	IEC 61400-12-1: 2022 § 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 & 7.2.4 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61400-50-1: 2022
		IEC 61400-12-1: 2022 § 7.2.5 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των παραγράφων του προτύπου IEC 61400-50-2: 2022, § 5, § 8, § 9, § 10 & § 11 (με χρήση εξοπλισμού τεχνολογίας Lidar)
	Διεύθυνση ανέμου (Deg.)	IEC 61400-12-1:2022 §7.3 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61400-50-1: 2022

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Θέση Πόλογος, 350 02 Αμφίκλεια και πεδίο εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Γιώργος Ντρούκας**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 23 Απριλίου 2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **722**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:**2017**, ισχύει μέχρι τις 14.12.2027.

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.