Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/8 του Πιστοποιητικού Αρ. **789**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων

της

Ν. Αστεριάδης Α.Ε.

για τη διενέργεια δοκιμών

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Δοκιμές Επίδοσης		
Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV-Vis)	Ορθότητα μήκους κύματος (240 nm έως 642 nm)	ASTM E 275:2008 ASTM E 925:2009 Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου.
	Επαναληψιμότητα μήκους κύματος (240 nm έως 642 nm)	ASTM E 275:2008 Η δοκιμή εκτελείται και επιτόπου.
	Παράσιτη ακτινοβολία (190 nm έως 220 nm)	European Pharmacopoeia Edition 11.0, July 2022, 2.2.25. Ultraviolet and Visible Absorption Spectrophotometry Οι δοκιμές εκτελούνται και επιτόπου.
	Διαχωριστική ικανότητα (A269/A266)	

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Δερβενίων 31 & Ποσειδώνος, Τ.Κ. 14451, Μεταμόρφωση Αττικής**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Εμμανουήλ Μπαρμπούνης, Κωνσταντίνος Ταμπούρης, Φώτιος Φωτιάδης.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **789**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, ισχύει μέχρι την 23.07.2029.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2024

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.