Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/12 του Πιστοποιητικού Αρ. **857**-6

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Βιοχημικού Τμήματος

του

Εργαστηριακού Τομέα

του

Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
1. Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 24 παραμέτρων**	**Αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές cobas 6000 (C1, C2, C3)**
	1. Γλυκόζη	Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξωκινάση *E.BX.530-1, έκδοση 11 ,08-11-2023*
	2. Χοληστερόλη	Οξειδάση της χοληστερόλης *E.BX.530-1, έκδοση 11 ,08-11-2023*
	3. Τριγλυκερίδια	Οξειδάση της φωσφορικής γλυκερόλης τελικού σημείου (Trinder) *E.BX.530-1, έκδοση 11 ,08-11-2023*
	4. HDL-Χοληστερόλη	Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική (PEG) *E.BX.530-1, έκδοση 11 ,08-11-2023*
	5. Ολικά Λευκώματα	Μέθοδος διουρίας *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	6. Ολική Χολερυθρίνη	Χρωματομετρική με διαζωνικό ιόν *E.BX.530-1, έκδοση 11 ,08-11-2023*

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	7. Άμεση Χολερυθρίνη	Μέθοδος διαζωνίου *E.BX.530-1, έκδοση 11 ,08-11-2023*
	8. Αλβουμίνη	Πράσινο της βρωμοκρεσόλης *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	9. Αλκαλική Φωσφατάση	AMP Buffer *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	10. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης	Μέθοδος IFCC, χωρίς 5'-φωσφορική πυριδοξάλη *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	11. Ασπαρτική Αμινοτρανσεράση	Μέθοδος IFCC, χωρίς 5'-φωσφορική πυριδοξάλη *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	12. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση	Τροποποιημένη IFCC *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	13. Κρεατινική κινάση	Μέθοδος N-ακετυλο-κυστεΐνης (CK-NAC) *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	14. Γαλακτική αφυδρογονάση	Αντίδραση L → P *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
2. Ορός αίματος, Ούρα	15. Ουρία	Ουρεάση στο UV *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	16. Κρεατινίνη	Ενζυμική *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	17. Νάτριο	Έμμεση ποτενσιομετρία *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	18. Κάλιο	Έμμεση ποτενσιομετρία *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	19. Χλωριούχα	Έμμεση ποτενσιομετρία *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	20. Ουρικό οξύ	Ουρικάση *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	21. Ασβέστιο	NM-BAPTA σύμπλοκο *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος, Ούρα (συνέχεια)	22. Φωσφόρος	Φωσφορομολυβδαινικό στο UV *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	23. Μαγνήσιο	Κυανούν του ξυλιδιλίου *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*
	24. Αμυλάση	Υπόστρωμα blocked μαλτοεπταοσίδιο *E.BX.530-1, έκδοση 11, 08-11-2023*

** Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Θηβών 3 & Παπαδιαμαντοπούλου, GR 11527 Γουδή, Αθήνα**
Σημείο λήψης πρωτογενούς δείγματος : Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Θηβών 3 & Παπαδιαμαντοπούλου, GR 115 27 Γουδή, Αθήνα
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Α. Μπαρτζελιώτου, Α. Μαργέλη, Φ. Αποστολάκου, Α. Καρύγιαννη, Ε. Χαντζή, Μ. Παπασταματάκη, Α.Τζωρτζόπουλος.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.06.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**857**-6, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 30.12.2029.

Αθήνα, 5η Μαΐου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.