Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/11 του Πιστοποιητικού Αρ. **887**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Δοκιμών & Διακριβώσεων

της

METRISIS ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.

για τη διενέργεια δοκιμών

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Δοκιμές επίδοσης φασματοφωτομέτρων UV-Vis		
Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους φωτός (UV-Vis) στην περιοχή 200 nm έως 900 nm	Σταθερότητα γραμμής βάσης 200 nm έως 900 nm	ASTM E 275-08(2022) Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επιτόπου.
	Παράσιτη ακτινοβολία 279 nm, 465 nm	European Pharmacopoeia Edition 10.0 Jan 2020, 2.2.25 Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται και επιτόπου.
	Διαχωριστική ικανότητα A268,8/A266,8	
	Ορθότητα μήκους κύματος (με φίλτρο Ολμίου) 230 nm έως 640 nm Ορθότητα μήκους κύματος (με φίλτρο Διδύμιου) 330 nm έως 880 nm	

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, Λάμπρου Κατσώνη 95, 183 44 Μοσχάτο.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Κ. Κωνσταντόπουλος, Γ. Φαρδής.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.03.2026.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **887**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, έχει παραταθεί με απόφαση του ΕΣΥΔ και ισχύει μέχρι τις 29.07.2026.

Αθήνα, 21.05.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.