Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A12 του Πιστοποιητικού Αρ. **898**-5

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 45 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci 1, Abbott* (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	1. Γλυκόζη (GLU)	Ενζυμική-Φωτομετρική (Εξωκινάση / G-6-PDH)
	2. Ουρία (UREA)	Ενζυμική – Κινητική (Ουρεάση)
	3. Άζωτο ορού	Υπολογιστική από Ουρία (UREA)
	4. Κρεατινίνη (CREA2)	Κινητική – Φωτομετρική (Jaffè)
	5. Νάτριο (Na)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	6. Κάλιο (K)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	7. Χλώριο (Cl)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	8. Ολικά Λευκώματα (TP)	Χρωματομετρική μέθοδος (Biuret)
	9. Αλβουμίνη (ALB)	Χρωματομετρική μέθοδος (Bromcresol Green)
	10. Ολικές Σφαιρίνες	Υπολογιστική από Ολικά Λευκώματα (TP) και Αλβουμίνη (ALB)
	11. Λευκωματικό πηλίκο	Υπολογιστική από Αλβουμίνη (ALB) και Ολικές Σφαιρίνες
	12. Τριγλυκερίδια (TRIG2)	Ενζυμική – Χρωματομετρική (GPO)
	13. Χοληστερόλη Ολική (CHOL2)	Ενζυμική
	14. HDL-Χοληστερόλη (HDLC)	Ενζυμική – Χρωματομετρική (ASD)
	15. VLDL Χοληστερόλη (VLDL-C)	Υπολογιστικά από Τριγλυκερίδια (TRIG)
	16. LDL- Χοληστερόλη (LDLC)	Υπολογιστική από Ολική Χοληστερόλη (CHOL), Τριγλυκερίδια (TRIG) και HDL-Χοληστερόλη (HDLC)
	17. Λιπίδια Ολικά	Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) και Τριγλυκερίδια (TRIG)
	18. Φωσφολιπίδια	Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	19. Ουρικό Οξύ (UA2)	Ενζυμική – Χρωματομετρική (Ουρικάση)
	20. Χολερυθρίνη Ολική (BILT)	Χρωματομετρική (Διαζωνιακό άλας)
	21. Χολερυθρίνη Άμεση (BIL-D)	Χρωματομετρική (Διαζωνιακό άλας)
	22. Χολερυθρίνη Έμμεση (BIL-I)	Υπολογιστικά από Ολική Χολερυθρίνη (BILT) και Άμεση Χολερυθρίνη (BILD)
	23. Ασβέστιο (Ca)	Χρωματομετρική (Arsenazo III)
	24. Φώσφορος (P)	Χρωματομετρική (Φωσφομολυβδενικό /UV)
	25. Μαγνήσιο (Mg)	Χρωματομετρική (Ενζυμική)
	26. Σίδηρος (IRON2)	Χρωματομετρική (Ferene)
	27. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST2/SGOT)	Ενζυμική - Κινητική κατά IFCC** (NADH, χωρίς P-5'-P)
	28. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT2/SGPT)	Ενζυμική - Κινητική κατά IFCC** (NADH, χωρίς P-5'-P)
	29. Αλκαλική Φωσφατάση (ALP2)	Ενζυμική - Χρωματομετρική (Παρα-νιτροφαινυλοφωσφορικό άλας)
	30. γ-Γλουτάμυλοτρανσφεράση (GGT2)	Ενζυμική-Χρωματομετρική (Υπόστρωμα L-γ-γλουταμυλ-3-καρβοξυ-4-νιτροανιλιδίου)
	31. Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH2)	Ενζυμική - Φωτομετρική κατά IFCC**
	32. Κρεατινοκινάση (CK)	Ενζυμική-Φωτομετρική (NAC)
	33. Αμυλάση (AMY2)	Ενζυμική-Χρωματομετρική (CNPG3)
	34. C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP)	Ανοσοθολοσιμετρική
	35. Παράγοντας Συμπληρώματος C3	Ανοσοθολοσιμετρική
	36. Παράγοντας Συμπληρώματος C4	Ανοσοθολοσιμετρική
	37. Ανοσοσφαιρίνη IgG	Ανοσοθολοσιμετρική
	38. Ανοσοσφαιρίνη IgM	Ανοσοθολοσιμετρική
	39. Ανοσοσφαιρίνη IgA	Ανοσοθολοσιμετρική
	40. Ρευματοειδείς Παράγοντες (RF)	Ανοσοθολοσιμετρική
	41. Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASLOT)	Ανοσοθολοσιμετρική
	42. Λιποπρωτεΐνη Α [Lp(a)]	Ανοσοθολοσιμετρική
	43. Αθηρωματικός δείκτης	Υπολογιστικά από Ολική Χοληστερόλη (CHOL) και HDL-Χοληστερόλη (HDLC)
	44. Ωσμωτικότητα ορού	Υπολογιστική από Γλυκόζη (GLU), Ουρία (UREA) και Νάτριο (Na)
		Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci 2, Abbott* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)
	45. Β-2 Μικροσφαιρίνη (B2-M)	Ανοσοθολοσιμετρική
Ούρα	**Προσδιορισμός 7 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci 1, Abbott* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	1. Ασβέστιο ούρων	Χρωματομετρική (Arsenazo III)
	2. Κάλιο ούρων	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	3. Νάτριο ούρων	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	4. Χλώριο ούρων	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	5. Κρεατινίνη ούρων (CREA2-U)	Κινητική – Φωτομετρική (Jaffè)
	6. Πρωτείνες ολικές ούρων (U/CSF Prot)	Χλωριούχο βενζαιθώνιο
	7. Μικρολβουμίνη ούρων (UALB)	Ανοσοθολοσιμετρική
Ανοσοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 26 παραμέτρων**	**Αυτόματος αναλυτής Atellica IM, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	1. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη 3-Ultra (TSH3-UL)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Τριιωδοθυρονίνη Ολική (T3)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	3. Θυροξίνη Ολική (T4)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	4. Τριιωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	5. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	6. Βιταμίνη B_{12}	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	7. Φερριτίνη (FERRITIN)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	8. Φυλλικό Οξύ (FOLATE)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	9. Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης II (aTG II)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	10. Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδασης (anti-TPO)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	11. Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	12. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	13. Προγεστερόνη (PRGE)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	14. Προλακτίνη (PRL)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	15. Βελτιωμένη Οιστραδιόλη (eE2)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	16. Τεστοστερόνη II (TSTII)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	17. Δεϋδροεπιανδροστερόνη Θεϊκή DHEA-SO4 (DHEA-S)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
	18. Φυλοδεσμευτική Σφαιρίνη (SHBG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	19. Ολική hCG OUS (ThCG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	20. Κορτιζόλη (CORT)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	21. Ολική IgE (tIgE)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	22. Ακέραια Παραθορμόνη (PTH)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	23. Ινσουλίνη (IRI)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (τύπου «σάντουιτς» 2 σημείων)
	24. 25-υδροξυβιταμίνη D (25-OH VITAMIN D)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	25. Δείκτης Ελεύθερων Ανδρογόνων (FAI)	Υπολογιστικά από Τεστοστερόνη (TSTII), και Φυλοσυνδετική Σφαιρίνη (SHBG)
	26. Δείκτης HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance)	Υπολογιστικά από Ινσουλίνη (IRI) και Γλυκόζη (GLU)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός επιπέδων 1 φαρμάκου**	**Αυτόματος αναλυτής Atellica IM, SIEMENS* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	Διγοξίνη (DIG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός επιπέδων 1 φαρμάκου**	**Αυτόματος αναλυτής Centaur XP, SIEMENS* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	Βαλπροϊκό οξύ	Χημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 23 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci 1, Abbott* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	1. α1-Φετοπρωτεΐνη (AFP)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	2. Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	3. Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA-19.9)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	4. Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA-15.3)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	5. Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA-125)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	6. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	7. Ελεύθερο Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	8. Λόγος Free PSA/PSA	Υπολογιστική από PSA και Free PSA
	9. 25-υδροξυβιταμίνη D (25-OH VITAMIN D)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	10. Θυρεοσφαιρίνη (TG)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
		Αυτόματος ανοσοβιοχημικός αναλυτής Alinity ci 2, Abbott* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)
	11. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού της Ερυθράς (Rubella IgG)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	12. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του ιού της Ερυθράς IgM (Rubella IgM)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	13. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgG)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	14. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του ιού του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV IgM)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	15. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του Τοξοπλάσματος (TOXO IgG)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	16. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του Τοξοπλάσματος (TOXO IgM)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	17. Ανίχνευση IgM αντισωμάτων έναντι του ιού EPSTEIN BARR (EBV IgM)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	18. Ανίχνευση IgG αντισωμάτων έναντι του ιού EPSTEIN BARR (EBV IgG)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	19. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας C (anti-HCV)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	20. Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας τύπου 1 ή/και 2 (HIV1/HIV2) και ανίχνευση του ιικού αντιγόνου p24 (HIV Ag/Ab Combo)	Μικροσωματιδιακή ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (CMIA)
	21. Ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου της Ηπατίτιδας Β (HBsAg Qualitative II)	Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο σταδίων
	22. Προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β (Anti-HBs)	Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο σταδίων
	23. Ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι του πυρηνικού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β (Anti-HBc II)	Μικροσωματιδιακή Ανοσοεξέταση Χημειοφωταύγειας (CMIA) δύο σταδίων
Πλάσμα αίματος (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Αναλυτής ECOBAS 411, ROCHE* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	1. Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Αναλυτής ZENIT PRO* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	1. Ανίχνευση Αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA)	Έμμεσος Ανοσοφθορισμός (IFA)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	1. Καλσιτονίνη (CT)	Χημειοφωταύγεια (στερεάς φάσης – ενζυμική)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 202 παραμέτρων**	**3gAllergy™ Specific IgE Universal Kit, Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος E.550-1_2-2-2024)**
	Ποσοτικός προσδιορισμός της ανοσοσφαιρίνης IgE για έλεγχο 192 αλλεργιογόνων, αναλυτικά:	
	1. Rast D1 - ΑΚΑΡΕΑ PTERONYSIUS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Rast D2 - ΑΚΑΡΕΑ FARINAE	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	3. Rast F2 - ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	4. Rast M6 - ALTENARIA TENUIS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	5. Rast T9 - ΕΛΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	6. Rast F77 - Β-ΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	7. Rast F76 - Α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	8. Rast G2 - ΑΓΡΙΑΔΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	9. Rast F78 - ΚΑΖΕΙΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	10. Rast T23 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	11. Rast W19 – ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (PARIET.OFFICINALIS)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	12. Rast G6 - ΤΡΙΦΥΛΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	13. Rast F1 - ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΥΓΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	14. Rast E1 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΓΑΤΑΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	15. Rast E2 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΚΥΛΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	16. Rast F75 - ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	17. Rast M2 - CLADOSPORIUM HERBARUM	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	18. Rast M3 - ASPERGILLUS FUMIGATUS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	19. Rast M1 - PENICILLIUM NOTATUM	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	20. Rast T11 - ΠΛΑΤΑΝΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	21. Rast W21 - ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ (PARIET.JUDAICA)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	22. Rast F3 - ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	23. Rast I1 - ΜΕΛΙΣΣΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	24. Rast F79 - ΓΛΟΥΤΕΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	25. Rast G12 - ΣΙΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	26. Rast H1 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ GREER	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	27. Rast T16 - ΠΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	28.Rast I3 - ΣΦΗΚΑ ΚΟΙΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	29. Rast W6 - ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ - ZIZANIO	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	30. Rast F4 - ΣΙΤΑΡΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	31. Rast F13 - ΦΥΣΤΙΚΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	32. Rast C204 - AMOXYCILLIN (C56)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	33. Rast G11 - ΑΓΡΙΑ ΒΡΩΜΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	34. Rast H3 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ BENCARD	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	35. Rast F16 - ΚΑΡΥΔΙ (F256)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	36. Rast F17 - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	37. Rast F27 - ΒΟΔΙΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	38. Rast C201 - CHEPHALOSPORIN (C7 η C55)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	39. Rast F20 - ΑΜΥΓΔΑΛΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	40. Rast C1 - PENICILLIN G	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	41. Rast F52 - ΣΟΚΟΛΑΤΑ(F105)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	42. Rast C2 - PENICILLIN V	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	43. Rast G1 - ΓΡΑΣΙΔΙ/ΑΝΘΟΞΑΝΘΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	44. Rast H2 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ HOLLISTER STIER	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	45. Rast G3 - ΓΡΑΣΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	46. Rast G5 - ΓΡΑΣΙΔΙ ΠΟΛΥΕΤΕΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	47. Rast I4 - ΣΦΗΚΑ PAPERWASP	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	48. Rast W10 - ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ - ΒΡΩΜΟΧΟΡΤΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	49. Rast W9 - ENGLISH PLANTAIN	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	50. Rast C203 - AMPICILLIN (C5 η C50)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	51. Rast T3 - ΣΗΜΥΔΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	52. Rast I75 - ΣΦΗΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	53. Rast T14 - ΛΕΥΚΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	54. Rast F44 - ΦΡΑΟΥΛΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	55. Rast I2 - ΛΕΥΚΟΠΡΟΣΩΠΗ ΣΦΗΚΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	56. Rast D70 - ΑΚΑΡΕΑ SIRO	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	57. Rast F24 - ΓΑΡΙΔΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	58. Rast I5 - ΣΦΗΚΑ ΚΙΤΡΙΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	59. Rast F25 - ΝΤΟΜΑΤΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	60. Rast F14 - ΣΟΓΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	61. Rast T19 - ΑΚΑΚΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	62. Rast E5 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΣΚΥΛΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	63. Rast F95 - ΡΟΔΑΚΙΝΟ (F53)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	64. Rast C307 - CIPROFLOXACIN (C108)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	65. Rast F33 - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	66. Rast G4 - ΧΛΟΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	67. Rast W8 - ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ - ΑΓΡΙΟ ΡΑΔΙΚΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	68. Rast F10 - ΣΟΥΣΑΜΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	69. Rast F203 - ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ (F104)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	70. Rast F92 - ΜΠΑΝΑΝΑ (F29)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	71. Rast K82 - LATEX	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	72. Rast W1 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΚΟΙΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	73. Rast C217 - ACETYL SALIC.ACID(C51)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	74. Rast F202 - ΚΑΣΙΟΥΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	75. Rast H4 - ΣΚΟΝΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ALLERGOPHARMA	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	76. Rast C211 - TETRACYCLINE (C205)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	77. Rast F26 - ΧΟΙΡΙΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	78. Rast F333 - ΜΕΛΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	79. Rast F5 - ΣΙΚΑΛΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	80. Rast F83 - ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	81. Rast F9 - ΡΥΖΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	82. Rast C212 - ERYTHROMYCIN(C90)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	83. Rast F180 - ΓΛΩΣΣΑ ΨΑΡΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	84. Rast F37 - ΜΥΔΙ ΜΠΛΕ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	85. Rast F40 - ΤΟΝΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	86. Rast F84 - ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	87. Rast F18 - ΦΥΣΤΙΚΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	88. Rast F74 - ΑΥΓΟ (F245)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	89. Rast G8 - ΧΛΟΗ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	90. Rast I6 - ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	91. Rast C170 - CLARITHROMYCIN	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	92. Rast D3 - ΑΚΑΡΕΑ MIKROCERAS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	93. Rast F31 - ΚΑΡΟΤΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	94. Rast F35 - ΠΑΤΑΤΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	95. Rast F6 - ΚΡΙΘΑΡΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	96. Rast F65 - ΦΑΚΕΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	97. Rast F7 - ΒΡΩΜΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	98. Rast F93 - ΚΑΚΑΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	99. Rast G15 - ΣΙΤΑΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	100. Rast C209 - PARACETAMOL (C85)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	101. Rast C286 - IBUPROFEN	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	102. Rast D71 -LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	103. Rast E3 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΛΟΓΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	104. Rast F41 - ΣΟΛΩΜΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	105. Rast F49 - ΜΗΛΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	106. Rast P1 - ASCARIS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	107. Rast T27 - ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	108. Rast E82 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	109. Rast F12 - ΜΠΙΖΕΛΙ (ΑΡΑΚΑΣ)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	110. Rast F210 - ΑΝΑΝΑΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	111. Rast F8 - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος (συνέχεια)	112. Rast F94 - ΑΧΛΑΔΙ (F30)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	113. Rast G10 - JOHNSON GRASS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	114. Rast G9 - ΓΡΑΣΙΔΙ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	115. Rast I71 - ΣΚΝΙΠΑ-ΚΟΥΝΟΥΠΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	116. Rast M5 - CANDIDA ALBICANS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	117. Rast T6 - ΚΕΔΡΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	118. Rast C213 - GENTAMYCINE (C207)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	119. Rast C223 - SULFAMETHOXAZOL(C58)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	120. Rast C308 - CEFUROXIM	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	121. Rast D72 - TYROPHAGUS PUTRESCENYIAE	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	122. Rast E4 - ΠΥΤΙΡΙΔΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	123. Rast F127 - MANITAPIA (F212)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	124. Rast F34 - ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	125. Rast F45 - ΜΑΓΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	126. Rast F47 - ΣΚΟΡΔΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	127. Rast F48 - ΚΡΕΜΜΥΔΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	128. Rast F59 - ΧΤΑΠΟΔΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	129. Rast F73 - ΚΕΡΑΣΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	130. Rast F87 - ΠΕΠΟΝΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	131. Rast G14 - ΒΡΩΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	132. Rast G70 - WHILD RYE GRASS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	133. Rast K20 - ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	134. Rast M4 - MUCOR RACEMOSUS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	135. Rast P4 - ANISAKIS VARVAE	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	136. Rast S2 - ΚΑΡΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	137. Rast T12 - ΙΤΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	138. Rast T22 - PECAN	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	139. Rast T25 - GOLDEN CHAIN	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	140. Rast T4 - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	141. Rast T7 - ΔΡΥΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	142. Rast T73 - ΠΕΥΚΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	143. Rast W11 - ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	144. Rast W20 - ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	145. Rast W3 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ - ΤΡΙΛΟΒΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	146. Rast D73 - GLYCYPHAGUS DOMESTICUS	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	147. Rast E10 - ΦΤΕΡΑ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	148. Rast E11 - ΦΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	149. Rast E7 - ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	150. Rast E83 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΟΙΡΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	151. Rast E84 - ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΧΑΜΣΤΕΡ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	152. Rast E9 - ΦΤΕΡΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	153. Rast F11 - ΜΑΥΡΟ ΣΙΤΑΡΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	154. Rast F114 - ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	155. Rast F123 - ΒΟΔΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	156. Rast F133 - ΑΓΓΟΥΡΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	157. Rast F162 - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	158. Rast F183 - ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	159. Rast F22 - ΠΕΣΤΡΟΦΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	160. Rast F221 - ΚΑΦΕΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	161. Rast F23 - ΚΑΒΟΥΡΑΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	162. Rast F234 - ΒΑΝΙΛΛΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	163. Rast F32 - ΛΕΜΟΝΙ (F208)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	164. Rast F39 - ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	165. Rast F42 - HADDOCK	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	166. Rast F50 - ΣΤΑΦΥΛΙ (F259)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	167. Rast F61 - ΣΑΡΔΕΛΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	168. Rast F71 - ΑΣΤΑΚΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	169. Rast F85 - ΣΕΛΙΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	170. Rast F89 - ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	171. Rast F96 - ΑΒΟΓΚΑΝΤΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	172. Rast G20 - ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	173. Rast G7 - ΚΑΛΑΜΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	174. Rast K1 - ΑΚΡΥΛΙΚΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	175. Rast K2 - ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	176. Rast K5 - ΛΙΝΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	177. Rast M8 - HELMINTHOSPORIUM HALODES	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	178. Rast T18-Ευκαλυπτος	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	179. Rast T34-Αμυγδαλια	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	180. Rast T1 - ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	181. Rast T10 - ΚΑΡΥΔΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	182. Rast T13 - ΓΙΑΣΕΜΙ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	183. Rast T15 - ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	184. Rast T18 - ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	185. Rast T2 - ΣΚΛΗΘΡΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	186. Rast T5 - ΟΞΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	187. Rast T8 - ΦΤΕΛΙΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	188. Rast W12 - ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΑ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	189. Rast W2 - ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	190. Rast W29 - ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	191. Rast W43 - ΥΒΙΣΚΟΣ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	192. Rast W5 - ΑΨΙΝΘΙΟ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 10 μιγμάτων αλλεργιογόνων (RAST MIX)**	**3gAllergy™ Specific IgE Universal Kit, Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	193. RastMP1- ΜΙΧ ΜΥΚΗΤΩΝ - 1(M1,M2,M3,M5,M6)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	194. RastMP2 - ΜΙΧ ΜΥΚΗΤΩΝ - 2(M1,M2,M3,M5,M6)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	195. RastTP6 - ΜΙΧ ΔΕΝΔΡΩΝ - 6(T1,T3,T5,T7,T10)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	196. Rast GP3 - ΜΙΧ ΓΡΑΣΙΔΙ - 3(G1,G5,G6,G12,G13,G17)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	197. RastFP2 - ΜΙΧ ΤΡΟΦΩΝ-2 (F3,F24,F37,F40,F41)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	198. Rast EP1 - ΜΙΧ ΕΠΙΘΗΛΙΑ ΖΩΩΝ 1 (E1,E3,E4,E5)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	199. RastWP1 - ΜΙΧ ΒΟΤΑΝΑ - 1(W1,W6,W9,W10,W11)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	200. RastFP1 - ΜΙΧ ΤΡΟΦΩΝ-1 (F13,F17,F18,F20,F36)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	201. RastGP2 - ΜΙΧ ΓΡΑΣΙΔΙ - 2(G2,G5,G6,G8,G10)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	202. RastGP1 - ΜΙΧ ΓΡΑΣΙΔΙ - 1(G3,G4,G5,G6,G8)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Αιματολογικές Δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 8 παραμέτρων**	**Αυτόματος αναλυτής αίματος Advia 2120i, Siemens* (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	1. Αριθμός Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (RBC)	Κυτταρομετρία ροής
	2. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Χρωματομετρική (μέθοδος αιμοσφαιρίνης χωρίς κυανιούχο)
	3. Αιματοκρίτης (HCT)	Υπολογιστική από RBC και MCV
	4. Μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (MCH)	Υπολογιστική από HGB και RBC
	5. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC)	Υπολογιστική από HGB και HCT
Ολικό αίμα (EDTA) (συνέχεια)	6. Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT)	Κυτταρομετρία ροής
	7. Μέσος όγκος ερυθροκυττάρων (MCV)	Κυτταρομετρία ροής

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	8. Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)	Κυτταρομετρία ροής
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Χρωματογραφικός αναλυτής HPLC G8 TOSOH* (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	1. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA_1C)	Υγρή Χρωματογραφία Ιοντοανταλλαγής Υψηλής Απόδοσης (HPLC)
Δοκιμές Πήξης Αίματος		
Πλάσμα αίματος (Κιτρικό οξύ)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματος Αναλυτής IMMULITE 2000, SIEMENS* (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	1. Δ-Διμερή (D-Dimer)	Χημειοφωταύγεια (στερεάς φάσης–ενζυμική)
Πλάσμα αίματος (Κιτρικό οξύ)	**Προσδιορισμός 5 παραμέτρων**	**Αυτόματος Αναλυτής ACL ELITE PRO, INSTRUMENTATIONAL LABORATORY * (κατάλογος Ε.550-1_2-2-2024)**
	1. Χρόνος προθρομβίνης (PT sec)	Πηξιομετρική
	2. Χρόνος προθρομβίνης (PT %)	
	3. Χρόνος προθρομβίνης (PT INR)	
	4. Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT)	
	5. Ινωδογόνο (FIB)	

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

***IFCC: International Federation of Clinical Chemistry*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Κ. Παλαμά 7, 54630 Θεσσαλονίκη.**
Σημεία Λήψης Πρωτογενούς Δείγματος: Δ/Ε
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Λ.Βογιατζόγλου, Ε.Καραγιάννης, Α. Σαμαλίδου.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 19.09.2024.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **898**-5, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, παρατείνεται μέχρι τις 29.06.2026, σύμφωνα με απόφαση του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ..