Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Αρ.**958**-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

LABNET I.A.E.

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 46 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity A cii (AC05543) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Αλβουμίνη (ALB)	Χρωματομετρική (Bromocresol Green)
	2. Ολικά λευκώματα (TP)	Χρωματομετρική (Biuret)
	3. Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ)	Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB)
	4. Λευκωματικό πηλίκο	Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB)
	5. Γλυκόζη (GLUC)	Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH)
	6. Ουρία (UREA)	Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease)
	7. Άζωτο ουρίας αίματος (BUN)	Υπολογιστικά από ουρία (UREA)
	8. Ουρικό οξύ (URIC ACID)	Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase)
	9. Κρεατινίνη (CREA)	Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe)
	10. Ολική Χοληστερόλη (CHOL)	Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA)
	11. Τριγλυκερίδια (TRIG)	Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO)
	12. HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol)	Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD)
	13. LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol)	Ενζυμική – χρωματομετρική
	14. VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol)	Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	15. Αθηρωματικός δείκτης	Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol)
	16. Ολικά λιπίδια (LIPIDS)	Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG)
	17. Φωσφολιπίδια (PH-LIP)	Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL)
	18. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH)
	19. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH)
	20. Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT)	Ενζυμική
	21. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP)
	22. Χολερυθρίνη ολική (TBIL)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazonium)
	23. Χολερυθρίνη άμεση (DBIL)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Diazo)
	24. Χολερυθρίνη έμμεση (IBIL)	Υπολογιστικά από χολερυθρίνη ολική (TBIL) και άμεση (DBIL)
	25. Αμυλάση (AMY)	Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3)
	26. Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK)	Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC)
	27. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	Ενζυμική – κινητική (IFCC)
	28. Σίδηρος (Fe)	Χρωματομετρική (Ferene)
	29. Μαγνήσιο (Mg)	Ενζυμική
	30. Φώσφορος (Phos)	Χρωματομετρική (Phosphomolybdate)
	31. Ασβέστιο (Ca)	Χρωματομετρική (Arsenazo III)
	32. Ακόρεστη σιδηροδεσμευτική ικανότητα (UIBC)	Χρωματομετρική (Ferene)
	33. Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)	Υπολογιστικά από UIBC και Fe
	34. Κορεσμός τρανσφαιρίνης (TfS)	Υπολογιστικά από Fe και TIBC
	35. Κάλιο (K)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	36. Νάτριο (Na)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	37. Χλώριο (Cl)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	38. Ωσμωτικότητα ορού	Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na)
	39. Απολιπρωτεΐνη Α (ApoA)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
Ορός αίματος	40. Απολιπρωτεΐνη Β (ApoB)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
(συνέχεια)		
	41. C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)	Θολοσιμετρική (TA) / Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	42. Λιποπρωτεΐνη α (Lpa)	Θολοσιμετρική (TA) / Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
Ούρα	43. Πρωτεΐνες (Λευκώματα) ούρων (uPRO)	Θολοσιμετρική (TA)
	44. Αλβουμίνη (Μικροαλβουμίνη) ούρων (uALB)	Θολοσιμετρική (TA) / Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	45. Κρεατινίνη ούρων (CREA-U)	Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe)
	46. Ασβέστιο ούρων (Ca-U)	Χρωματομετρική (Arsenazo III)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 45 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity B cii (AC01282) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Συμπλήρωμα C3 (C3)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	2. Συμπλήρωμα C4 (C4)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	3. Ανοσοσφαιρίνη A (IgA)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	4. Ανοσοσφαιρίνη G (IgG)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	5. Ανοσοσφαιρίνη M (IgM)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	6. C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)	Θολοσιμετρική (TA) / Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	7. Ρευματοειδής παράγοντας (RF)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	8. Χολινεστεράση (Che)	Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (DGKC)
	9. Αντιστρεπτολυσίνη O (ASTO)	Latex συγκόλληση / Θολοσιμετρική (TA)
	10. Βαλπροϊκό οξύ (VPA)	Ενισχυμένη παρεμπόδιση ανοσοθολοσιμετρίας σωματιδίων (PETINIA)
	11. Διγοξίνη (Digoxin)	Ενισχυμένη παρεμπόδιση ανοσοθολοσιμετρίας σωματιδίων (PETINIA)
	12. Ανοσοσφαιρίνη E (IgE)	Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	13. β2-Μικροσφαιρίνη (B2-M)	Θολοσιμετρική (TA) / Ανοσοθολοσιμετρική (ITA)
	14. Αλβουμίνη (ALB)	Χρωματομετρική (Bromocresol Green)
	15. Ολικά λευκώματα (TP)	Χρωματομετρική (Biuret)
	16. Ολικές σφαιρίνες (ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ)	Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες (TP) και αλβουμίνη (ALB)
Ορός αίματος	17. Λευκωματικό πηλίκο	Υπολογιστικά από ολικές πρωτεΐνες

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
(συνέχεια)		(TP) και αλβουμίνη (ALB)
	18. Γλυκόζη (GLUC)	Ενζυμική – χρωματομετρική (HEX-G6PDH)
	19. Ουρία (UREA)	Ενζυμική – χρωματομετρική (Urease)
	20. Άζωτο ουρίας αίματος (BUN)	Υπολογιστικά από ουρία (UREA)
	21. Ουρικό οξύ (URIC ACID)	Ενζυμική – χρωματομετρική (Uricase)
	22. Κρεατινίνη (CREA)	Ενζυμική - χρωματομετρική (Jaffe)
	23. Ολική Χοληστερόλη (CHOL)	Ενζυμική – χρωματομετρική (CHO-OEP-HBA)
	24. Τριγλυκερίδια (TRIG)	Ενζυμική – χρωματομετρική (GPO)
	25. HDL Χοληστερόλη (HDL-Chol)	Ενζυμική – χρωματομετρική (ASD)
	26. LDL Χοληστερόλη (LDL-Chol)	Ενζυμική – χρωματομετρική
	27. VLDL Χοληστερόλη (VLDL-Chol)	Υπολογιστικά από τριγλυκερίδια (TRIG)
	28. Αθηρωματικός δείκτης	Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και HDL χοληστερόλη (HDL-Chol)
	29. Ολικά λιπίδια (LIPIDS)	Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL) και τριγλυκερίδια (TRIG)
	30. Φωσφολιπίδια (PH-LIP)	Υπολογιστικά από ολική χοληστερόλη (CHOL)
	31. Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης (ALT/SGPT)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH)
	32. Ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (NADH)
	33. Γ-Γλουταμυλο-Τρανσφεράση (γ-GT)	Ενζυμική
	34. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Ενζυμική - κινητική – χρωματομετρική (Para-nP)
	35. Αμυλάση (AMY)	Ενζυμική – χρωματομετρική (GNPG3)
	36. Κρεατινική Φωσφοκινάση (CK/CPK)	Ενζυμική – κινητική - χρωματομετρική (NAC)
	37. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	Ενζυμική – κινητική (IFCC)
	38. Σίδηρος (Fe)	Χρωματομετρική (Ferene)
	39. Μαγνήσιο (Mg)	Ενζυμική
	40. Φώσφορος (Phos)	Χρωματομετρική (Phosphomolybdate)
	41. Ασβέστιο (Ca)	Χρωματομετρική (Arsenazo III)
	42. Κάλιο (K)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
Ορός αίματος	43. Νάτριο (Na)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
(συνέχεια)	44. Χλώριο (Cl)	Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
	45. Ωσμωτικότητα ορού	Υπολογιστικά από γλυκόζη (GLUC), ουρία (UREA) και νάτριο (Na)
Ανοσοχημικές δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 11 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity A cii (AI25144) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	2. Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	3. Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	4. Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FT3)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	5. Θυροξίνη ελεύθερη (FT4)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	6. Τριϊωδοθυρονίνη (T3)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	7. Θυροξίνη (T4)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	8. Θυρεοσφαιρίνη (TG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	9. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Πλάσμα αίματος (EDTA) ή Ορός αίματος	10. Παραθορμόνη (ακέραιη) (iPTH)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	11. Ομοκυστεΐνη (HCY)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 14 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity A cii (AI24451) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Φερριτίνη (FERR)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	2. Βιταμίνη B12 (B12)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος	3. Φυλλικό οξύ (FOLATE)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
(συνέχεια)		(CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	4. 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	5. Ινσουλίνη (Insulin)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	6. C-πεπτίδιο (C-peptide)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	7. Αντιγόνο επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (HBsAg)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	8. Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	9. Αντισώματα έναντι του αντιγόνου επιφανείας του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBs)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	10. Αντιγόνο/Αντισώματα έναντι του ιού ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 1&2 (HIV 1/2 Ag/Ab)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	11. Αντισώματα έναντι του ιού Ηπατίτιδας C (anti-HCV)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	12. Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού ηπατίτιδας Β (anti-HBc IgM)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	13. Αντισώματα IgG έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV IgG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	14. Αντισώματα IgM έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV IgM)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 15 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity B cii (AI02826) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Φερριτίνη (FERR)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	2. Βιταμίνη Β12 (B12)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	3. Φυλλικό οξύ (FOLATE)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	4. 25-OH Βιταμίνη D (25-OH VitD)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος	5. Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
(συνέχεια)		«σάντουιτς»)
	6. Τεστοστερόνη (TESTO)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	7. Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI)	Υπολογιστικά από Τεστοστερόνη (TESTO) και Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη (SHBG)
	8. Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgG (Toxo IgG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	9. Αντισώματα έναντι του ιού Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	10. Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgG (Rubella IgG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	11. Αντισώματα έναντι του ιού Ερυθράς IgM (Rubella IgM)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	12. Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	13. Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	14. Αντισώματα IgG έναντι του καψιδιακού αντιγόνου (VCA) του ιού Epstein barr (EBV VCA IgG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	15. Αντισώματα IgM έναντι του καψιδιακού αντιγόνου (VCA) του ιού Epstein barr (EBV VCA IgM)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 14 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Alinity B cii (AI02166) ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. β-Χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	2. Τροπονίνη Ι υψηλής ευαισθησίας (TnI hs)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	3. Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	4. Αντισώματα Θυρεοσφαιρίνης (anti-TG)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	5. Αντισώματα Θυρεοειδικής Υπεροξειδάσης (anti-TPO)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος (συνέχεια)	6. Θυροξίνη ελεύθερη (FT4)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	7. Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	8. Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (free-PSA)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	9. Λόγος free-PSA / PSA	Υπολογιστική
	10. α-Εμβρυϊκή πρωτεΐνη (AFP)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	11. Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	12. Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA125)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	13. Καρκινικό αντιγόνο 15.3 (CA15.3)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	14. Ειδική Νευρωνική Ενολάση (NSE)	Χημειοφωταύγεια με μικροσφαιρίδια (CMIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 12 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Cobas e801 ROCHE* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Καρκινικό αντιγόνο 19.9 (CA19.9)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	2. Οιστραδιόλη (E2)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	3. Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	4. Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	5. Προλακτίνη (PRL)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	6. Προγεστερόνη (PRG)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	7. Θειϊκή Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ορός αίματος (συνέχεια)	8. Κορτιζόλη (CORT)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	9. Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	(ACTH)	(Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	10. Καλσιτονίνη (CT)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	11. Αντισώματα ολικά έναντι του ιού ηπατίτιδας Α (anti-HAV)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
	12. Αυξητική Ορμόνη (HGH)	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)
Ανοσολογικές δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 2 παραμέτρων**	**Σύστημα προετοιμασίας ανοσοφθορισμού Zenit PRO MENARINI* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA)	Ανοσοφθορισμός IFA με κυτταρικό υπόστρωμα HEP-2
	2. Αντισώματα έναντι της διπλής έλικας DNA (anti-dsDNA)	Έμμεσος Ανοσοφθορισμός
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 2 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Liaison XL DIASORIN* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Αλδοστερόνη (ALDO)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Ρενίνη (Renin)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 113 αλλεργιογόνων (Ειδική Ανοσοσφαιρίνη IgE - RAST)**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Immulite 2000 XPi SIEMENS* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. C1 Πενικιλλίνη G	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. C2 Πενικιλλίνη V	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	3. C203 Αμπικιλίνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	4. C204 Αμοξυκιλλίνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	5. D1 Ακάρεα – *Dermatophages pteronyssinus*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος (συνέχεια)	6. D2 Ακάρεα - *Dermatophages farinae*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	7. D3 Ακάρεα - *Dermatophages*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	*microceras*	
	8. D70 Ακάρεα – *Acarus siro*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	9. D71 Ακάρεα – *Lepidoglyphus destructor*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	10. E1 Επιθήλιο/Πιτυρίδα γάτας	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	11. E2 Επιθήλιο σκύλου	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	12. E3 Πιτυρίδα αλόγου	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	13. E5 Πιτυρίδα σκύλου	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	14. F1 Ασπράδι αυγού	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	15. F2 Γάλα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	16. F3 Μπακαλιάρος	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	17. F4 Σιτάρι/Σιμιγδάλι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	18. F5 Σίκαλη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	19. F6 Κριθάρι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	20. F7 Βρώμη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	21. F8 Καλαμπόκι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	22. F9 Ρύζι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	23. F10 Σουσάμι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	24. F12 Μπιζέλι (Αρακάς)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	25. F13 Φιστίκι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	26. F14 Σόγια	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	27. F15 Φασόλια άσπρα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	28. F17 Φουντούκι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	29. F20 Αμύγδαλο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	30. F23 Καβούρι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	31. F24 Γαρίδα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	32. F25 Ντομάτα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	33. F26 Χοιρινό κρέας	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	34. F27 Βοδινό κρέας	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	35. F31 Καρότο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	36. F33 Πορτοκάλι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	37. F37 Μύδι μπλε	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	38. F40 Τόνος	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	39. F44 Φράουλα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	40. F45 Μαγιά	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	41. F49 Μήλο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	42. F59 Χταπόδι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	43. F75 Κρόκος αυγού	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	44. F76 α-Λακταλβουμίνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	45. F77 β-Λακτοσφαιρίνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	46. F78 Καζεΐνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	47. F79 Γλουτένη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	48. F83 Κοτόπουλο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	49. F84 Ακτινίδιο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	50. F92 Μπανάνα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	51. F93 Κακάο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	52. F95 Ροδάκινο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	53. F202 Κάσιους	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	54. F203 Φιστίκι Αιγίνης	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	55. F204 Πέστροφα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	56. F232 Οβαλβουμίνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	57. F233 Οβομυκίνη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	58. F235 Φακές	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	59. F245 Αυγό	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	60. F247 Μέλι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	61. F256 Καρύδι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	62. F258 Καλαμάρι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	63. F337 Γλώσσα ψάρι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	64. F409 Γάλα κατσίκας	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	65. G1 Γρασίδι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	66. G2 Αγριάδα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	67. G3 Χλόη δενδρόκηπου	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	68. G4 Χλόη λιβαδιού	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	69. G5 Ήρα πολυετής	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	70. G6 Γρασίδι Timothy	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	71. G7 Καλάμι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	72. G8 Χλόη με λουλούδια λιβαδιού	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	73. G9 Ανθισμένο γρασίδι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	74. G10 Βέλιουρας (Σόργον)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	75. G11 Αγρωστώδες Βρόμος	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	76. G12 Καλλιεργημένη σίκαλη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	77. G15 Σιτάρι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	78. H1 Οικιακή σκόνη - Greer	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	79. H6 Οικιακή σκόνη - Japan	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	80. I1 Μέλισσα δηλητηριώδης	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	81. I2 Σφήκα λευκοπρόσωπη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	82. I3 Σφήκα κοινή	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	83. I4 Σφήκα χαρτιού	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	84. I5 Σφήκα κίτρινη	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	85. I6 Κατσαρίδα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	86. I71 Κουνούπι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός αίματος (συνέχεια)	87. I75 Σφήκα ευρωπαϊκή	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	88. K82 Λάτεξ	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	89. M1 *Penicillium notatum*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	90. M2 *Cladosporium herbarum*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	91. M3 *Aspergillus fumigatus*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	92. M4 *Mucor racemosus*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	93. M5 *Candida albicans*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	94. M6 *Alternaria tenuis*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	95. T3 Σημύδα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	96. T4 Φουντουκιά	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	97. T9 Ελιά	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	98. T11 Πλάτανος	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	99. T12 Ιτιά	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	100. T14 Λεύκα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	101. T16 Πεύκο λευκό	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	102. T19 Μιμόζα/Ακακία	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	103. T23 Κυπαρίσσι ιταλικό	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	104. T73 Πεύκο αυστραλιανό	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	105. W1 Αμβροσία κοινή	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	106. W2 Αμβροσία δυτική	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	107. W6 Αρτεμισία/Ζιζάνιο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	108. W9 Δασσύλιο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	109. W10 Χηνοπόδι	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	110. W19 Περδικάκι - *Parietaria officinalis*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	111. W20 Τσουκνίδα	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	112. W21 Περδικάκι - *Parietaria judaica*	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	113. W23 Κίτρινο ζιζάνιο	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 4 μιγμάτων αλλεργιογόνων (Ειδική Ανοσοσφαιρίνη IgE - RAST)**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Immulite 2000 XPi SIEMENS* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Μίγμα FP1 (FX1) Ξηροί καρποί (αλλεργιογόνα F13,F17,F18,F20,F36)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Μίγμα FP2 (FX2) Ψάρια/Όστρακα (αλλεργιογόνα F3,F24,F37,F40,F41)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	3. Μίγμα GP1 (GX1) Πρασινάδα (αλλεργιογόνα G3,G4,G5,G6,G8)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	4. Μίγμα MP1 (MX1) Μύκητες (αλλεργιογόνα M1,M2,M3,M5,M6)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος Ορός αίματος (συνέχεια)	**Προσδιορισμός 7 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Zenit Ra A (B400B0207) MENARINI* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Αντισώματα έναντι Εκχυλίσιμων Πυρηνικών Αντιγόνων (anti-ENA)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (αCL IgG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	3. Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgM (αCL IgM)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	4. Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I IgG (β2-GPI IgG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	5. Αντισώματα έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης I IgM (β2-GPI IgM)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	6. Αντισώματα έναντι μυελοπεροξειδάσης IgG (anti-MPO)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	7. Αντισώματα έναντι πρωτεϊνάσης 3 IgG (anti-PR3)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 5 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσολογικός αναλυτής Zenit Ra B (B400B0218) MENARINI* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA-M2)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	2. Αντισώματα έναντι της απαμινωμένης γλιαδίνης IgG (anti-DGP IgG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	3. Αντισώματα έναντι της απαμινωμένης γλιαδίνης IgA (anti-DGP IgA)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	4. Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgG (t-TG IgG)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
	5. Αντισώματα έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης IgA (t-TG IgA)	Χημειοφωταύγεια (CLIA)
Αιματολογικές δοκιμές		
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματο σύστημα ηλεκτροφόρησης Capillarys3 Tera A (2194) SEBIA* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A_1c (HbA_1c)	Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 1 παραμέτρου**	**Αυτόματο σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης HBNEXT MENARINI* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c)	Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC)
Ολικό αίμα (EDTA)	**Προσδιορισμός 10 παραμέτρων**	**Αυτόματος αιματολογικός αναλυτής Alinity HQ ABBOTT* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Αιμοσφαιρίνη (HGB)	Φασματοφωτομετρική
	2. Αιματοκρίτης (HCT)	Αυτόματος υπολογισμός από RBC και MCV
	3. Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)	Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης
	4. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)	Αυτόματος υπολογισμός από δεδομένα κατανομής μεγέθους RBC
	5. Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης	Αυτόματος υπολογισμός από HGB

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
	κατά ερυθρό (MCH)	και RBC
	6. Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)	Αυτόματος υπολογισμός από HGB και HCT
	7. Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW)	Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα RBC
	8. Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)	Οπτικό κανάλι (WOC) / Κανάλι μεταβολής αντίστασης (WIC)
	9. Αιμοπετάλια (PLT)	Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης
	10. Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)	Αυτόματος υπολογισμός από ιστόγραμμα PLTs
Δοκιμές πήξης αίματος		
Πλάσμα αίματος (κιτρικό οξύ)	**Προσδιορισμός 7 παραμέτρων**	**Αυτόματος πηξιολογικός αναλυτής STAR Max3 STAGO* (ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
	1. Χρόνος προθρομβίνης (PT sec)	Πηξιολογική
	2. Χρόνος προθρομβίνης (PT %)	Πηξιολογική
	3. Χρόνος προθρομβίνης (PT INR)	Υπολογιστική από χρόνο προθρομβίνης PT (PT εξεταστέο και PT μάρτυρα)
	4. Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)	Πηξιολογική
	5. Ινωδογόνο (FIB)	Πηξιολογική
	6. Αντιθρομβίνη III (ATIII)	Χρωματομετρική
	7. Δ-Διμερή (D-Dimer)	Λάτεξ / Θολερομετρική (TA)
Μοριακές δοκιμές		
Ολικό αίμα EDTA	Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης c.*97G>A (G20210A) στο γονίδιο της προθρομβίνης (παράγοντας πήξης II, *Factor II; F2*)	Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, PTH 20210G>A RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
Ολικό αίμα EDTA	Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης 1691G>A (R506Q) στο γονίδιο του παράγοντα πήξης V (Factor V; F5)	Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, FV Leiden RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ολικό αίμα EDTA	Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης c.677C>T του γονιδίου MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase)	Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, MTHFR 677C>T RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
Ολικό αίμα EDTA	Ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης c.1298A>C του γονιδίου MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase)	Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, MTHFR 1298A>C RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
Ολικό αίμα EDTA	Ανίχνευση του αλληλομόρφου HLA-B27 του γονιδίου του αντιγόνου ιστοσυμβατότητας B (Human Leukocyte Antigen B; HLA-B)	Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, HLA-B27 RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
Ολικό αίμα EDTA	Ανίχνευση της μετάλλαξης ΔF508 (F508del) του γονιδίου του διαμεμβρανικού ρυθμιστή αγωγιμότητας της κυστικής ίνωσης (CFTR, Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)	Μέθοδος κατασκευαστή ViennaLab Diagnostics GmbH, CF F508del RealFast Assay (CE-IVD), real-time PCR (TaqMan assay) στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**
Τραχηλικό επίχρισμα	Ανίχνευση 14 τύπων υψηλού κινδύνου (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papillomavirus) και ταυτοποίηση των τύπων 16 και 18	Μέθοδος κατασκευαστή eSens HPV HR 14 screen/ 16,18,45 genotype QT PCRKit (CE-IVD), real-time PCR στον θερμικό κυκλοποιητή Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Dx Real-Time PCR System* **(ΕΞΟ-12/06/01-03-2026)**

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας.*

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Κεντρικό Εργαστήριο, Αχελώου 18, 54627 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Δ. Χατζηδημητρίου.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 07.03.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **958**-7, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 02.12.2027.

Αθήνα, 18η Μαΐου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.