Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. **974**-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακριβώσεων Δεξαμενών

της

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Αντικείμενο Διακρίβωσης / Παράμετροι	Περιοχή Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα Μέτρησης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Όγκος υγρού / Σταθερές μεταλλικές δεξαμενές	0,5 m^3 έως 210 m^3	0,1% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Ακολουθούμενο πρότυπο: ISO 4269: 2001 Η διακρίβωση εκτελείται επιτόπου.
Όγκος υγρού / Μεταλλικές δεξαμενές βυτιοφόρων οχημάτων	0,5 m^3 έως 40 m^3	0,15% επί του ονομαστικού όγκου της δεξαμενής	Ογκομετρική μέθοδος με χρήση μετρητή ροής Μέσο διακρίβωσης: Νερό δικτύου Ακολουθούμενα πρότυπα: ISO 4269: 2001 OIML R 80-2: 2017, Annex B Η διακρίβωση εκτελείται και επιτόπου.

** Όπου η διευρυμένη αβεβαιότητα (με πιθανότητα κάλυψης 95%) συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.*

Η Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης- Calibration & Measurement Capability (CMC), περιλαμβάνει το μετρούμενο μέγεθος, το εύρος μέτρησης και την αβεβαιότητα μέτρησης και εκφράζει τη μικρότερη αβεβαιότητα μέτρησης που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μίας διακρίβωσης.

Διεύθυνση μονίμων εγκαταστάσεων εργαστηρίου: **Αγαμέμνονος 6, Δενδροπόταμος, Θεσσαλονίκη.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Αθ. Μυλωνάς.**
Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης, αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 12.07.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **974**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 ισχύει μέχρι τις 21.04.2028.

Αθήνα, 18.12.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.