Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Αρ. **1511**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Διαγνωστικού Εργαστηρίου

της

Check up Medicus
Ι.Γρατσίας -Ι.Κατσαβοχρήστος

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	**Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες**	**Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές**
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 23 παραμέτρων**	**Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής** Siemens Dimention EXL 200
	1. Αλανινική Άμινοτρανσφεράση (ALT/GPT)	Ενζυμική, φωτομετρική (IFCC)
	2. Αλβουμίνη (Alb)	Χρωματομετρική με πράσινο της βρωμοκρεσόλης (BCG)
	3. Ασβέστιο ολικό (Ca)	Χρωματομετρική
	4. Ασπαρτική Άμινοτρανσφεράση (AST/GOT)	Ενζυμική, φωτομετρική (IFCC)
	5. Γ-Γλουταμιλοτρανφεράση (γ-GT)	Ενζυμική, φωτομετρική (IFCC)
	6. Γλυκόζη	Ενζυμική, Hexokinase (HK method)
	7. Κάλιο (K)	Έμμεσος προσδιορισμός ISE (μέτρηση ηλεκτρεγερτικής δύναμης)
	8. Κινάση της κρεατίνης (CPK)	Ενζυμική, χρωματομετρική
	9. Κρεατινίνη	Ενζυμική
	10. Νάτριο (Na)	Έμμεσος προσδιορισμός ISE (μέτρηση ηλεκτρεγερτικής δύναμης)
	11. Ουρία	Ενζυμική μέθοδος με ουρεάση και γλουταμική αφυδρογονάση
Υλικά /Προϊόντα	**Τύποι δοκιμών /**	**Εφαρμοζόμενες μέθοδοι /**

υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Μετρούμενες ιδιότητες	Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός αίματος (συνέχεια)	12. Ουρικό οξύ	Ενζυμική, χρωματομετρική
	13. Πρωτεΐνες ολικές (TP)	Χρωματομετρική
	14. Σίδηρος (Fe)	Χρωματομετρική (FerroZine)
	15. Τριγλυκερίδια	Ενζυμική, χρωματομετρική
	16. Φωσφατάση Αλκαλική (ALP)	Ενζυμική, φωτομετρική (IFCC)
	17.Φώσφορος	Ενζυμική, χρωματομετρική
	18. Χοληστερόλη	Ενζυμική, χρωματομετρική
	19. Ολική χολερυθρίνη (TBIL)	Ενζυμική, χρωματομετρική
	20. Άμεση χολερυθρίνη (DBIL)	Ενζυμική, χρωματομετρική
	21. Αμυλάση	Ενζυμική
	22 Μαγνήσιο	Ενζυμική, χρωματομετρική
	23. Χοληστερόλη (HDL)	Ενζυμική, χρωματομετρική
Ανοσολογικές Δοκιμές		
Ορός αίματος	**Προσδιορισμός 5 παραμέτρων**	**Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής** Siemens Dimention EXL 200
	1. Βιταμίνη B-12	Ανοσοχημική (LOCI)
	2. Θυροξίνη ελεύθερη, FT4	
	3. Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη, TSH	
	4. Φερριτίνη (Ferr)	
	5. Φυλλικό οξύ (FOL)	

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πανόρμου 40, Αθήνα**
Σημείο Λήψης Πρωτογενούς Δείγματος**: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πανόρμου 40, Αθήνα**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Ι. Γρατσίας**

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1511**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την **20.09.2031**.

Αθήνα, 21η Σεπτεμβρίου 2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.